

## ДОГОВОР

№ ..... 80.09.147 ..... от ..... 24.11.2016

склучен на основание РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № 80-09-81 от 28.03.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка за доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ “Св. Климент Охридски“ по 8 (осем) обособени позиции:

1. Позиция: Везни;
2. Позиция: Бъркалки;
3. Позиция: Уреди с нагряване и охлажддане;
4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение;
5. Позиция: Оптически уреди;
6. Позиция: Уреди за детекция и анализ;
7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения;
8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката.

между

наименование седалище: ЕИК, Ид № по ДДС представлявано от ..., длъжност и ...., длъжност	<b>СУ „Св. Климент Охридски“</b> София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15 000 670 680, BG 000 670 680 <b>проф. д-р Анастас Герджиков - РЕКТОР</b> Адриан Маринчев – главен счетоводител
--	--


от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обособена позиция № 3, 4, 5 и 6 от рамково споразумение: № 80-09-81 от 28.03.2014 г., съгласно Решение №РД 19-98/24.02.2014 г. за обявяване на потенциален изпълнител,

наименование на дружеството ЕИК, ид. № по ДДС рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г. с адрес на управление: търговски адрес: телефон за контакт, факс e-mail, интернет адрес банкова сметка IBAN банков код, обслужваща банка представлявано от ( имена)	<b>„БИОПЛАСТ“ ЕООД</b> 200797338 Софийски Градски Съд/091401/2009 София, жк Слатина, ул. Мъдрен №16, ет.4, ап.13 София, жк Слатина, ул. Мъдрен №16, ет.4, ап.13 02 423 33 44; 0888 039 654 office@bio-plast.net; www.bio-plast.net BG69 FINV 9150 1004 0313 34 FINVBGSF, Първа Инвестиционна Банка АД Калин Константинов Краев - управител
---	---

от друга страна, наричан по- долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ И СРОК

**Чл. 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави следната лабораторна и медицинска аппаратура, оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи:



1. по обособена позиция № 4 - ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ, конфигурация Форвакуумна двустъпална ротационна помпа, 1 (един) брой, модел 2XZ-2 I, производител Shenzhen Touch Times Technology Ltd. при ед. цена 660,00 лв. без ДДС;

(наричани по-долу за краткост „оборудването“), за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно оферта с вх. № 72-00-704/ 14.10.2016 г., техническа спецификация и Решение № РД 40-114/ 27.10.2016 г. за обявяване на изпълнител - по 27-ма доставка.

Чл. 2. Срокът за извършване на доставката (монтажа и пускане в експлоатация) е както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4	срок на доставка
Форвакуумна двустъпална ротационна помпа	1 ден от датата на сключване на договора

## II. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, в размер на 3% от стойността на поръчката.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от следните форми:

1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ в БНБ-централно управление, Банков Код: BNGBBGSD, с/ка BG43 BN BG 9661 3300 1743 01 или в брой в касата на Ректората.

2. оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, валидна 30 дни след изтичане на срока за последното плащане по договора. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде изготвена по образец на възложителя или по образец на обслужващата банка на участника, който съдържа същите или по-добри условия за възложителя.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за освобождаване на гаранцията за изпълнение най-рано 10 (десет) работни дни след изтичане на срока, за който се сключва настоящия договор.

(4) Гаранцията по ал. 1 се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по чл. 1 договора или ги изпълни лошо, както и при наличие на злоупотреба с право.

## III. ПЛАЩАНИЯ

Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на оборудването (монтажа, пускането в експлоатация и обучението) в размер общо на 660,00 (шестстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

(2) Цената е окончателна и включва всички разходи за доставка франко сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, командировъчни, материали и консумативи за инсталациране на оборудването, пощенски и преводачески услуги и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДДС се начислява отделно.



(3) Плащането се извършва еднократно по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в преамбула на настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената в срок до 30 календарни дни след извършване на доставката, удостоверена с двустрочно подписан приемо-предавателен протокол и срещу представена фактура. Фактурата се счита надлежно представена при депозирането ѝ в Паричен салон на Ректората/ Главен счетоводител /тел. 9308 455/.

(5) Финансирането е от бюджета на дог.74/ 12.04.2016 г., одобрен от Ректора доклад № 93-Р-49/ 05.10.2016 г.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

##### ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи оборудването по чл.1 с характеристиките и принадлежностите към него, количеството и качеството, уговорени с настоящия договор.

(2) Има право да получи оборудване, което е ново, неупотребявано, с опаковка и документация от производител, както и с придружаващите го гаранционни и сервизни карти.

(3) Оборудването трябва да е годно за ползване по предназначение и след монтажа да може да се употребява безпроблемно за целите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. Приема доставката, монтажа и настройката с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните и своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци при приемането и пробите, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.

Чл. 7. При наличието на явни недостатъци и дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на една от следните възможности:

1. да върне оборудването и да откаже да плати цената;
2. да направи отбив от цената

3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или замяна на дефектните устройства с нови.

Чл. 8. При липса на характеристики, параметри или възможности за работа с доставената техника спрямо уговореното с този договор, Възложителят има право на една от възможностите по чл. 7.

Чл. 9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при експлоатация на доставеното оборудване да спазва указанията от производител и предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да сигнализира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки гаранционен и сервизен проблем в най-кратък срок, като не се опитва да го отстранява със свои сили и да не допуска трети лица да отварят, ремонтират или по друг начин да сервизират техниката.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска във всеки момент от гаранционния срок оборудването да е технически изправно и годно за обичайна употреба.

##### ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

Чл. 10. Извършва доставката на оборудването по чл. 1 (монтажа я, пуска я в експлоатация), като не пречи на работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Предава оборудването на надлежните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за надлежни се считат представителите по приложение към договора – за съответните устройства. В приемо-предавателния протокол се посочват най-малко описание на устройствата и тяхната цена.

Чл. 12. Представя документацията по гаранционното и сервизно обслужване на всяко едно устройство на надлежните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



**Чл. 13.** Задължението за доставка (и монтаж) се счита за изпълнено от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приемане на оборудването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

**Чл. 14.(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме всички рекламиации, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на подписане на приемо-предавателния протокол. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си да осигури свой представител за извършване на оглед и съставяне на констативен протокол за установяване на недостатъците, срокът за рекламиации се удължава с времето на забавата.

(2) При неоснован отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол за установяване на недостатъци, които са основание за рекламиации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT може да ангажира трети лица с необходимата квалификация за съставяне на констативен протокол, установяващ наличието на рекламиационни недостатъци.

**Чл.15.(1)** В срока на гаранционна поддръжка на доставеното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е длъжен да се отзовава до 2 /два/ работни часа на всеки сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неизправност и да я отстранява в рамките на 7 /седем/ работни часа.

(2) Ремонтите и сервизирането на оборудването се извършва на място при възложителя и по време, съгласувано с него с оглед най-малко препятстване на работата му.

(3) В случай на необходимост от ремонт в база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ транспортните разходи са за негова сметка.

(4) Извършването на всеки ремонт/профилактика се отбелязва в гаранционните/сервизните документи на всеки доставен артикул.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT не носи отговорност, ако дефектите, неизправностите или повредите се дължат на неправилна експлоатация на оборудването в разрез с указанията от производителя и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и когато са резултат от нехайно или умишлено поведение на трети лица. В тези случаи ремонтът и резервните части се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

#### IV. НЕУСТОЙКИ

**Чл. 16.** При виновно забавено изпълнение на клаузите на този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % за всеки просочен ден, но не повече от 8% от стойността на договора.


**Чл. 17.** Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

#### V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

**Чл. 18.(1)** Гаранционният срок на доставеното (и монтирано) оборудване е както следва:

	гаранционен срок
<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4</b>	
Форвакуумна двуствъпална ротационна помпа	36 месеца и започва да тече от подписане на протокола по чл.6

(2) Чрез общите условия на гаранционна поддръжка не могат да се правят уговорки, посочващи доставчика на консумативи, допълнителни устройства, резервни части и др., касаещи гаранционната поддръжка и отпадането ѝ. В случай че в гаранционните карти към доставяните устройства са направени подобни уговорки, те се считат за недействителни, не



**пораждат действие между страните** и не могат да бъдат основание за отпадане и/или скъсяване на гаранционните сроковете.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя уведомления за всеки гаранционен проблем, възникнал при работа с оборудването и има право да иска отстраняването му в рамките на 7 /седем/ работни часа от уведомлението.

(4) В случай на тежък гаранционен проблем и необходимост от ремонт в база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възможност и необходимост да му предостави оборотна техника с еднакви или по-добри работни характеристики и функционални възможности.

(5) В срока на гаранционното обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се задължава да отстранява всички неизправности в работата на техниката по чл. 1, като отстранява на място повредите в срока по ал.3. За по-тежки проблеми, налагащи ремонт в сервизи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при възможност и необходимост предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотна апаратура с еднакви или по-добри работни характеристики.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯт може да възразява срещу претенции за гаранционния характер на неизправностите само в случай че последните се дължат на причина, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговоря.

(7) Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са в резултат от неспазване на описаните в гаранционната карта на изделието условия на експлоатация на техниката и на предписанията на производителя, както и когато са извършени конструктивни изменения от страна на клиента, несъгласувани писмено от двете страни по договора.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява обслужване и поддържане на доставеното оборудване в специализирани сервиси.

**Чл. 19.(1)** Дефекти и неизправности се констатират задължително в присъствието на упълномощени представители на двете страни.

(2) Причините за възникване на дефекти, неизправности и повреди, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯт не отговаря, се установяват с констативен протокол, подписан от представители на всяка от страните по този договор.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯт не спази задължението си да осигури свой представител за извършване на оглед и съставяне на констативен протокол по ал. 2 за установяване на неизправностите, гаранционният срок се удължава с времето на забавата.


(4) При необоснован отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол по ал.2 за установяване на неизправности, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може да ангажира трети лица с необходимата квалификация за съставяне на констативния протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи извършването на ремонта на трето лице като прихваща стойността му от следващото плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при негов отказ – от гарантията за добро изпълнение.

## VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 20.** Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл.1 от договора преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол по чл.6.

**Чл. 21.** Договорът се прекратява:

- а) с изтичане на срока, за който е сключен и/или изпълнение на всички задължения на страните по него;
- б) при постигане на съгласие за това;



в) едностренно - при неизпълнение на клаузите на този договор, от изправната страна, с двуседмично писмено предизвестие и определяне на срок за изпълнение

**Чл. 22.** За всички неурядени въпроси се прилагат разпоредбите на Рамковото споразумение, а в случай на празноти - на действащото гражданско законодателство.

**Чл. 23.** Възникналите спорове между страните се уреждат с писмено споразумение по взаимно съгласие, а при непостигане на такова – от съда.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

СУ “Св. Климент Охридски”

**РЕКТОР:**

/проф. дрн Анастас Герджиков/

**Гл. счетоводител:**

/А. Маринчев/




**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

БИОПЛАСТ ЕООД

**УПРАВИТЕЛ:**

/Калин Краев/



**ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО УЧАСТНИКТ ПРЕДСТАВЯ**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски" по обособена позиция № 4 от Бюопласт ЕООД

изпълнител съместно на участника

номер по Търговския реестър

ЕИК

София, Слатина, ул. Младежки 16

адрес по регистрация

Запознаваме се с условията на приложението към настоящата документация проекти на рамково споразумение и договор и сме съгласни да извършваме доставки на **апаратура, оборудване и принадлежности** при разписанието в тях условия.

Всички посочени цени са в лева (BGN), без включчен ДДС.

Предлаганата общца цена е формирана като сума по единичните цени за всеки един артикул.

Предложените единични цени (по процедура за сключване на рамково споразумение) на артикулите са максимални за срока на действие на рамковото споразумение. Декларираме, че при покана от Възложителя, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, нака да сеферираме идентично оборудване на цени по-високи от предложените в настоящата оферта.

Оферираният единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разговардане, разминаване между сумите цифром и словом, ще се взима под внимание сумата, изписана словом, освен ако се касае за явна фактическа грешка и/или нетпълна оферта.

Съгласни сме при различна между хартиенния и електронния екземпляр, да се приема за валиден подписаният и подпечатан хартиен екземпляр.

Конфигурация: Форвакумна двустъпна ротационна помпа	параметри	Максимални изисквания	предложени параметри	Предложена от фирмата цена
максимално достъпни вакум	0,06 Pa или по-висок	0,06 Pa или по-висок	- 2 л/сек или по-висока	0,06 Pa или по-висок
скорост на напомиване	~ 2 л/сек или по-висока	1400 оборота /мин или по-висок	1400 оборота /мин или по-висок	1400 оборота /мин или по-висок
скорост на ротация	1400 оборота /мин или по-висок	12 mm	12 mm	660.00
диаметър на склукателно отверстие		обем на редервоярда за вакуумно масло	не по-малък от 0,48 л	не по-малък от 0,48 л
		поправяване на температурата (относно склоната среда) на маслото в помпата по време на работа	не повече от 45° C	не повече от 45° C
		мощност на мотора на помпата	не по-малка от 370 Вт	не по-малка от 370 Вт
		тепло	не повече от 27 кг	не повече от 27 кг
		ниво на шум при работа	не по-високо от 68 dB	не по-високо от 68 dB
		размери	170x240x39	170x240x39

Дата:

Подпись и печат:

БЮОПЛАСТ ЕООД

**ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО УЧАСТНИКЪТ  
ПРЕДСТАВЯ ОФЕРТА**

**КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторно и медицинско оборудване,  
принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ "Св.Климент Охридски"

**по обособена позиция № 4 Конфигурация: Форвакумна двустъпална ротационна помпа  
от Биопласт ЕООД**

изписва се името на участника

Запознати сме с условието на Възложителя да оферирате всички артикули от Обособената

<b>ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>	<b>Изискани параметри</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		брой	модел. 2xZ - 2 I.			
<b>Позиция 4: ДРУГО ОБЩО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ</b>						
<b>Конфигурация: Форвакумна двустъпална ротационна помпа</b>						
максимално достъпим вакуум	0,06 Ра или по-висок	максимално достъпим вакуум	0,06 Ра или по-висок	36 месеца	1 ден	
скорост на изпомпване	~ 2 л/сек или по-висока	скорост на изпомпване	~ 2 л/сек или по-висока			
скорост на ротация	1400 оборота /мин или по-висок	скорост на ротация	1400 оборота /мин или по-висок			
диаметър на смукателно отверстие	12 мм	диаметър на смукателно отверстие	12 мм			
обем на резервоара за вакуумно масло	не по-малък от 0,48 л	обем на резервоара за вакуумно масло	не по-малък от 0,48 л			
повишаване на температурата (относно околната среда) на маслото в помпата по време на работа	не повече от 45° С	повишаване на температурата (относно околната среда) на маслото в помпата по време на работа	не повече от 45° С			
мощност на мотора на помпата	не по-малка от 370 Вт	мощност на мотора на помпата	не по-малка от 370 Вт			

ENQUMACT, EOOD

ENQUMACT, EOOD