

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1504, София
бул. „Цар Освободител“ № 15
тел.: (02) 93 08 200
факс: (02) 946 02 55



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI

1504 Sofia, Bulgaria
15 Tsar Osvoboditel Blvd.
Phone: +359 2 93 08 200

Fax: +359 2 946 02 55

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

Изх. № 82-00-1464/ 26. 10. 2017

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по осем обособени позиции“

Относно: Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по осем обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за допълнителни разяснения по условията на горесцитираната обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения:

Въпрос 1 по Обособена позиция № 3:

Подпозиция 8 – „Фризер -20° С“, моля да уточните какъв апарат трябва да се оферира, който да отговаря на така зададената техническа спецификация: „температурен обхват от 0°С до -30°С, зона за предварително замразяване до -35°С, дебелина на рязане от 2-60 мкм през стъпка 0.5 мкм, моторизирано подаване на материала за рязане“

Отговор №1:

По подпозиция 8 е допусната техническа грешка, като вместо „Фризер -20 °С“ следва да се чете: „Криостат за биофилм и активни утайки“, който уред отговаря на така зададената техническа спецификация: „температурен обхват от 0°С до -30°С, зона за предварително замразяване до -35°С, дебелина на рязане от 2-60 мкм през стъпка 0.5 мкм, моторизирано подаване на материала за рязане“.



ПРОФ. ДФН АНАСТАС ТЕРДЖИКОВ
РЕКТОР