



УТВЪРЖДАВАМ:



чл. 2 ЗЗЛД

проф. д-р Анастас Герджиков

РЕКТОР

доц. д-р Георги Вълчев
зам.-ректор УД - ДПО
пълномощно № 70-56-169 от 05.12.2016г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климонт Охридски“ - Ректорат

Вх. № 70.58-107 / 14.09.2018

ДОКЛАД

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и класирала подадените оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 72-00-1624/ 17.08.2018 г., за участие във вътрешен конкурентен избор на изпълнител за сключване на договор с предмет **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:**
Обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“;
Обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

В периода 30.08.2018 г. - 12.09.2018 г. в изпълнение на Заповед № РД 40-137 от 30.08.2018г., комисия в състав:

Председател: Николина Вълканова – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Членове:

1. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“,
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за сключване на договори по Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-93/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-94 / 24.04.2018 г., РС № 80-09-95/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-96/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-97/ 24.04.2018 г. РС № 80-09-101/ 04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/ 11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.

Извършените от комисията действия са отразени в приложения към настоящия доклад протокол.

I. Комисията започна работа след като получените оферти бяха предадени на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП.

В посочения в поканата срок са постъпили 3 оферти, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1	72-00-1656/ 28.08.2018 г., 12:38 ч.	„ЛАБТЕХ“ ЕООД	3
2	72-00-1660/ 29.08.2018 г., 12:10 ч.	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	3 и 4
3	72-00-1062/ 29.08.2018 г., 13:29 ч.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	3 и 4

След като се запознах със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със заповед № РД 40-137/ 30.08.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор.

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки на участниците по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Председателят на комисията оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 4
„ЛАБТЕХ“ ЕООД	2 620, 00 лв. без ДДС	<i>не участва</i>
„БИОПЛАСТ“ ЕООД	4 010, 00 лв. без ДДС	2 020,00 лв. без ДДС
„БИОСИСТЕМИ“ ООД	12 000,00 лв. без ДДС	7 850,00 лв. без ДДС

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 11.09.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

II. На 11.09.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: Николина Вълканова – юристконсулт в отдел „Обществени поръчки“;

Членове:

1. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“;
Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците техническо и ценово предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрани критерий за възлагане, посочени в поканата

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението

на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „ЛАБТЕХ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия.

С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „ЛАБТЕХ“ ЕООД.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. След извършената проверка и анализ на параметрите на оборудването, заложи в „Техническата спецификация“ по обособена позиция 3 комисията констатира следните несъответствия:

- предложеното от участника оборудване „Водна баня“ от обособена позиция 3 **не отговаря** на зададените в „Техническата спецификация“ параметри \emptyset на гнездата и размери $W \times D \times H$

Участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил \emptyset на гнездата - 90 мм и размери $W \times D \times H$ - 750x360x160мм при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя, \emptyset на гнездата – 110 мм и размери $W \times D \times H$ – 670x300x155мм.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганото от участника оборудване „Водна баня“ от обособена позиция 3 не съответства на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1660/ 29.08.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. След извършената проверка и анализ на параметрите на оборудването, заложи в „Техническата спецификация“ по обособена позиция 3 комисията констатира следните несъответствия:

- предложеното от участника оборудване от обособена позиция 3 **не отговаря** на зададените в „Техническата спецификация“ изисквания за „Водна баня“ - подходяща за работа с киселини и \emptyset на гнездата – 110 мм и за „Пясъчна баня“ - подходяща за работа с киселини и температурен обхват - 50°C - 350°C.

Несъответствията са както следва:

Изисквания на възложителя	Предложение на участника БИОСИСТЕМИ ООД
Водна баня с характеристики: - подходяща за работа с киселини; - \emptyset на гнездата – 110 мм	Водна баня модел SUB Aqua Pro - няма данни - \emptyset на гнездата – няма данни
Пясъчна баня с характеристики: - подходяща за работа с киселини; - температурен обхват - 50°C - 350°C	Пясъчна баня със следните характеристики - няма данни - температурен обхват - 100°C - 370°C

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че предложението

за изпълнение на участника БИОСИСТЕМИ ООД е непълно, както и предложените параметри на предлаганото оборудване от обособената позиция не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия.

С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия.

С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД

III. Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участниците по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценовото предложение“, съдържащо единични цени и обща цена и установи. Предложената от участника „ЛАБТЕХ“ ЕООД стойност 2 620, 00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие.

Проверка на ценовите предложения, за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не бе извършвана, предвид отстраняването на останалите участници по обособената позиция.

По обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценовото предложение“, съдържащо единични цени и обща цена. Предложената от участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД стойност 2 020,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие.

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“ на „БИОСИСТЕМИ“ ООД, съдържащо единични цени и обща цена. Предложената от участника стойност 7 850,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката надвишава прогнозната стойност, посочена в 2.2.4 от покана изх. № 72-00-1624/ 17.08.2018 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения, която е 2 450,00 лв. без ДДС.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че Ценовото предложение на участника по обособени позиция № 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“ не е съобразено с обявената от възложителя прогнозна стойност и на основание чл. 107, т. 2., б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция

№ 4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените

Проверка на ценовите предложения, за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не бе извършвана, предвид участието само на един участник по обособената позиция.

Комисията продължи работата си, като извърши оценка и класиране на участниците съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 4 от поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията предлага **КЛАСИРАНЕ** по обособени позиции както следва:

по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“:

I-во място: „ЛАБТЕХ“ ЕООД с предложена обща цена 2 620. 00 лв. без ДДС

по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“:

I-во място: „БИОПЛАСТ“ ЕООД с предложена обща цена 2 020. 00 лв. без ДДС.

IV. В съответствие с изискванията на т. 9.7 от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертите на класираните участници и установи следното:

Участниците са заявили, че нямат промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен към офертата, с която са участвали в открита процедура за сключване на рамкови споразумения и са декларирали липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП в декларация по образец № 2 на Възложителя.

С оглед изложеното и въз основа на посоченото класиране, съгласно избрания критерий „най-ниска цена“ комисията реши да Ви предложи да бъдат сключени договори с класираните на първо място участници както следва:

по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“

„ЛАБТЕХ“ ЕООД,

по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

„БИОПЛАСТ“ ЕООД.

V. Въз основа на изложеното в настоящия доклад и направените констатации и изводи, подробно отразени в Протокола, който на основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП е неразделна част от Доклада, комисията реши да Ви предложи на основание чл. 107, т. 2. б. „а“ от ЗОП да отстраните от участие в процедурата по съответните обособени позиции следните участници:

„БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-1660/ 29.08.2018 г. - по обособена позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

Мотиви: Параметрите на предлаганата от участника „Водна баня“ от обособената позиция не съответстват на заложените от възложителя технически характеристики, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

„БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1662/ 29.08.2018 г. - по обособена позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Мотиви: Предложението за изпълнение по обособена позиция 3 е непълно, предложените от участника параметри на „Водна баня“ и „Пясъчна баня“ от обособената позиция не съответстват на заложените от възложителя технически

характеристики, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

Ценовото предложение на участника по обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“ надвишава предварително обявената прогнозна стойност, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката

На основание чл. 106. ал. 1 от ЗОП комисията предава настоящия доклад с приложен протокол от работата на комисията за утвърждаване от възложителя.

Настоящият Доклад се подписа на 07.08.2018 г. от членовете на комисията в два екземпляра и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с цялата документация и Протокола от работата на комисията.

Комисия в състав:

Николина Вълканова

Ростислава Куцарова

Бистра Петрова

От документа са заличени лични данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

