



УТВЪРЖДАВАМ:



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

Вх. №

70.58-57/

04.06.2019

проф. дфн Анастас Герджиков
РЕКТОР

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и класирала подадените оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 72-00-870/07.05.2019 г., за участие във вътрешен конкурентен избор на изпълнител за сключване на договор с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

Обособена позиция 2: „Бъркалки“;

Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Комисията, назначена с Ваша Заповед № РД 40-79 от 28.05.2019г. и заседавала в състав:
Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Членове:

1. Доц. д-р Донка Ташева – ръководител на договор за научни изследвания към ФХФ,
2. Диана Ангелова-Найденова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, приключи работата си, изпълнявайки възложената ѝ задача да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за сключване на договори по Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/24.04.2018 г., РС № 80-09-93/24.04.2018 г., РС № 80-09-94/24.04.2018 г., РС № 80-09-95/24.04.2018 г., РС № 80-09-96/24.04.2018 г., РС № 80-09-97/24.04.2018 г. РС № 80-09-101/04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.

Извършените от комисията действия са подробно и детайлно отразени в приложения към настоящия доклад протокол, подписан на 29.05.2019 г.

В деня на провеждане на публичното заседание за отваряне по реда на чл. 61 ППЗОП на получените оферти, а именно 28.05.2019 г. в кабинет 20 в сграда Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ от 11:00 ч., на основание чл. 48, ал. 6 ППЗОП председателят на комисията получи от служител от деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ с приемо-

предавателен протокол, съставен на 28.05.2019 г., подадените в определения срок – 17:30 ч. на 27.05.2019 г., 4 бр. опаковки с оферти за участие:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1.	72-00-954/21.05.2019 г.; 13:15 часа	„РИДАКОМ“ ЕООД	2
2.	72-00-985/27.05.2019 г.; 12:49 часа	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	2 и 3
3.	72-00-991/27.05.2019 г.; 15:07 часа	„ЛАБИМЕКС“ АД	3
4.	72-00-992/27.05.2019 г.; 16:27 часа	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	2 и 3

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП

На публичното заседание, в съответствие с чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, присъства управителят на участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД - г-н Калин Краев. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на заседанието.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки с офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Комисията предложи на представителя на „БИОПЛАСТ“ ЕООД да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници. Г-н Калин Краев не подписа техническото и ценовото предложение на първата постъпила оферта, тъй като пристигна в 11:10 часа и комисията беше започнала заседанието.

Председателят оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 2	Ценово предложение за ОП 3
„РИДАКОМ“ ЕООД с оферта 72-00-954/21.05.2019г.	1 150,00 лв. без ДДС	не участва
„БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-985/27.05.2019	има отказ	1 200,00 лв. без ДДС
„ЛАБИМЕКС“ АД с оферта 72-00-991/27.05.2019 г.	не участва	750,00 лв. без ДДС
„БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-992/27.05.2019г	1 610,00 лв. без ДДС	1 200,00 лв. без ДДС

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 29.05.2019 г. от 10:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

Комисията, в същия състав продължи своята работа на закрито заседание, проведено на 29.05.2019 г. от 10:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. На основание чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията разглежда „Техническите предложения“ на

участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

по обособена позиция № 2 „Бъркалки“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „РИДАКОМ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 2 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и 3-2 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 2.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ както следва:

- Магнитна бъркалка с нагряване по параметри „*работна температура*“, „*фиксирана защитна температура*“ и „*обхват на скоростта*“, а именно участникът е предложил *работна температура до 280°C* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *работна температура до 340°C*, *фиксирана защитна температура 320°C* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *фиксирана защитна температура 360°C* и *обхват на скоростта от 200 до 1500 грт* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обхват на скоростта от 100 до 1500 грт*;

- Магнитна бъркалка без нагряване по параметри „*обем на разбъркване*“, „*размер на блюдото*“ и „*обороти*“, а именно участникът е предложил *обем на разбъркване 1,5 л.* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обем на разбъркване до 2 л.*, *размер на блюдото диаметър 120 мм* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *размер на блюдото диаметър 160 мм* и *обороти от 300 до 2000 грт* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обороти от 0 до 3000 грт*

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Магнитна бъркалка с нагряване“ и „Магнитна бъркалка без нагряване“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „РИДАКОМ“ ЕООД, с оферта 72-00-954/21.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Бъркалки“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Комисията отвори опаковката с офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД и констатира, че в нея няма нито технически, нито ценови предложения на участника по обособена позиция № 2, а писмо с Изх. № 18/23.05.2019г. подписано от Мая Кичева – управител на фирмата, с което информират Ректора на Софийски университет, че за обособена позиция № 2 нямат съответстващи на спецификацията уреди на крайна цена в рамките на предвидения от Възложителя максимално допустим бюджет.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП да предложи участникът „БИОСИСТЕМИ“ ЕООД, с оферта 72-00-985/27.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособени позиции № 2 „Бъркалки“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 2 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и 3-2 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 2.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ както следва:

- Магнитна бъркалка с нагряване по параметри „сензор за по-прецизен температурен контрол($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) и стойка за закрепване“ и „размери на плочата“, а именно участникът е описал, че има *сензор за по-прецизен температурен контрол($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) и стойка за закрепване*, но в представените брошури не е посочено, че ги има тези параметри и *размери на плочата* е посочил, че няма при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *размери на плочата диаметър 135 мм*;

- Магнитна бъркалка без нагряване по параметри „обороти“, „размер на блюдото“ и „захранване“, а именно участникът е предложил *обороти от 0 до 1500 грт* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обороти от 0 до 3000 грт, размер на блюдото диаметър 135 мм* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *размер на блюдото диаметър 160 мм и захранване* е посочил, че няма при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *захранване 12V, 300mA адаптер*.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Магнитна бъркалка с нагряване“ и „Магнитна бъркалка без нагряване“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-992/ 27.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Бъркалки“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид направените констатации и предложения, комисията реши да Ви предложи на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП **процедурата да бъде прекратена** в частта ѝ по обособена позиция № 2 „Бъркалки“, тъй като подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-3, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3. Предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя.

След като не установи никакви липси и/или несъответствия в Техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника

и констатира, че предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 в размер на 1 200,00 лв. без ДДС надвишава посочената максимално допустима стойност от 750,00 лв. без ДДС в т. 3. от поканата с изх. № 72-00-870/07.05.2019 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“.

С оглед изложените констатации и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“ участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта № 72-00-985/27.05.2019 г., тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „ЛАБИМЕКС“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-3, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3. Предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя.

След като не установи никакви липси и/или несъответствия в Техническото предложение комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и констатира, че предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 в размер на 750,00 лв. без ДДС, не надвишава посочената максимално допустима стойност от 750,00 лв. без ДДС в т. 3. от поканата с изх. № 72-00-870/07.05.2019 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-3, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването. Не е представил брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметри „обем хладилна част“, „обем фризерна част“, „гаранция“ и „ниво на шум“, а именно участникът е предложил обем хладилна част 220 л. при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя обем хладилна част 322 л., обем фризерна част 91 л. при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя обем фризерна част 101 л., гаранция 1 година при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя гаранция 3 години и ниво на шум не е посочил.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганият от участника „Хладилник с горна камера“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-992/27.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на

предварително обявените условия на поръчката.

Комисията продължи работата си, като извърши оценка и класиране на участниците съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочен в поканата.

С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 5 от поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията предлага **КЛАСИРАНЕ** по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“

I-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена **750,00 лв. без ДДС**

В съответствие с изискванията на т. 11.8 от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертата на класирания участник и установи следното:

Участникът „ЛАБИМЕКС“ АД е заявил, че няма промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен към офертата, с която е участвал в открита процедура за сключване на рамкови споразумения и е декларирал липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП като е приложил към офертата си декларации от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП, по образец № 2 на Възложителя.

Във връзка с изложеното и въз основа на посоченото класиране, съгласно избрания критерий „най-ниска цена“ комисията реши да Ви предложи да **бъде сключен договор** с класирания на първо място участник по обособена позиция както следва:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“

„ЛАБИМЕКС“ АД

С оглед направените изводи, подробно отразени в Протокола, който на основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП е неразделна част от настоящия Доклад, комисията реши да Ви предложи:

1. Да отстраните от участие в процедурата на основание чл. 107. т. 2. буква „а“ от ЗОП следните участници:

по обособена позиция 2. „Бъркалки“

„РИДАКОМ“ ЕООД, с оферта 72-00-954/21.05.2019 г. - по обособена позиция № 2. „Бъркалки“.

Мотиви:

Параметрите на предлаганото от участника лабораторно оборудване не съответстват на заложените от възложителя технически параметри.

„БИОСИСТЕМИ“ ЕООД, с оферта 72-00-985/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 2. „Бъркалки“.

Мотиви:

След отварянето на запечатената непрозрачната опаковка, подадена от участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД, комисията констатира, че документите в нея не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, тъй като в опаковката не е представено предложение за изпълнение на поръчката, а писмо с Изх. № 18/23.05.2019 г. подписано от Мая Кичева – управител на фирмата, с което информират Ректора на Софийски университет, че за обособена позиция № 2 нямат съответстващ на спецификацията уред на крайна цена в рамките на предвидения от Възложителя максимално допустим бюджет.

„БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-992/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 2. „Бъркалки“.

Мотиви:

Параметрите на предлаганото от участника лабораторно оборудване не съответства на заложените от възложителя технически параметри.

по обособена позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

„БИОСИСТЕМИ“ООД, с оферта 72-00-985/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“.

Мотиви:

Ценовото предложение на участника по обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“ надвишава предварително обявената прогнозна стойност, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

„БИОПЛАСТ“ООД, с оферта 72-00-992/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 3. „Бъркалки“.

Мотиви:

Параметрите на предлаганото от участника лабораторно оборудване не съответства на заложените от възложителя технически параметри.

2. Да прекратите процедурата по обособена позиция № 2 „Бъркалки“ на основание изложеното и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 106. ал. 1 от ЗОП комисията предава настоящия доклад за утвърждаване и приемане на работата на комисията от възложителя, ведно с цялата документация и с приложения към него протокол подписан на 29.05.2019 г.

Настоящият Доклад се подписа на 29.09.2019 г. от членовете на комисията в два екземпляра и се представи на Възложителя за утвърждаване и издаване на решение по реда на чл. 22 ал. 1 т. 6 и т. 8 от ЗОП

Комисия в състав:

Петър Станулов

На осн. ЗЗДЛ
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

Доц. д-р Донка Ташева

На осн. ЗЗДЛ
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

Диана Ангелова-Найденова

На осн. ЗЗДЛ
вр. Регламент
(ЕС) 2016/679

От документа са заличени
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

на основание ЗЗДЛ във връзка с регламент