



ПРОТОКОЛ

На 09.02.2021 г. от 11:00 часа в кабинет 20 на Ректората комисия, назначена със Заповед № РД 40-25/ 09.02.2021 г. на Ректора на Софийския университет за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал.4 от ЗОП, с изх. № 72-00-135/ 25.01.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/24.04.2018 г., РС № 80-09-93/24.04.2018 г., РС № 80-09-94 /24.04.2018 г., РС № 80-09-95/24.04.2018 г., РС № 80-09-96/24.04.2018 г., РС № 80-09-97/24.04.2018 г. РС № 80-09-101/04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“

Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“;

Обособена позиция 5: „Оптически уреди“,

в състав **Председател:** Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Членове:

1. Димитринка Дюлгерска– юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ се събра, за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в цитирания вътрешен конкурентен избор.

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше подписан от приемащото и предаващото лице.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със заповед № РД 40-25/ 09.02.2021 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор

На публичното заседание, в съответствие с чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, присъства управителят на участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД - г-н Калин Краев. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на заседанието.

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 08.02.2021 г.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ са постъпили оферти за участие във вътрешния конкурентен избор, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1.	72-00-201/ 05.02.2021г., 10:48 часа	Медицинска Техника и Инженеринг ООД	3
2.	72-00-210/ 08.02.2021г., 11:39 часа	БИОСИСТЕМИ ООД	4
	72-00-213/ 08.02.2021г., 14:13 часа	ЛАБИМЕКС АД	3 и 4
	72-00-222/ 08.02.2021 г.; 16:51 часа	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	3 и 4

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

Комисията установи, че до крайния срок (08.02.2021 г. 17:30 ч.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ не са постъпили оферти за участие по обособена позиция 5: „Оптически уреди“.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, да предложи на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП да прекрати вътрешния конкурентен избор по обособена позиция 5: „Оптически уреди“, тъй като не е подадена нито една оферта.

Комисията установи, че офертите по обособена позиция 3 и обособена позиция 4 са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки с офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Председателят оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 4
Медицинска Техника и Инженеринг ООД с оферта 72-00-201/ 05.02.2021г.	5 450,00 лв. без ДДС	Не участва
БИОСИСТЕМИ ООД с оферта 72-00-210/ 08.02.2021г.	Не участва	2 950,00 лв. без ДДС
ЛАБИМЕКС АД с оферта 72-00-213/ 08.02.2021г.	5 488,00 лв. без ДДС	1 900,00 лв. без ДДС
„БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 г.;	5 800,00 лв. без ДДС	1 835,00 лв. без ДДС

Комисията предложи на г-н Калин Краев, представител на „БИОПЛАСТ“ ЕООД да подпише техническото и ценовото предложение от офертите на останалите участници, но същият отказа да ги подпише.

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 16.02.2021 г. от 14:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

На 16.02.2021 г. от 14:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: Николина Вълканова – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“

Членове:

1. Димитринка Дюлгерска – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците технически предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 3-1, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил АВТОКЛАВ марка Advantage Lab Модел AL02-03-100 – с гаранционен срок – 24 месеца.

След обстойно и внимателно разглеждане на представеното предложение за изпълнение, съдържащо описание на параметрите на предложението АВТОКЛАВ, както и приложените брошури, комисията констатира, че предложението уред **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „тегло“, а именно участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е предложил 40 кг, при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя максимум 35 кг.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, че параметрите на предлагания от участника „АВТОКЛАВ“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с оферта 72-00-201/05.02.2021 г, да бъде отстранен от участие във вътрешния конкурентен избор по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта.

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „ЛАБИМЕКС“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 3-1, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил АВТОКЛАВ модел 25400M, TUTT2540M, Tuttnauer / VWR – с гаранционен срок – 12 месеца.

Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за участие, с оглед направените констатации комисията реши да допусне участника до по-нататъшно участие във вътрешния конкурентен избор.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 3-1, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил АВТОКЛАВ марка BIOBASE, Модел ВКМ – Z24S, – с гаранционен срок – 1 година.

След обстойно и внимателно разглеждане на представеното предложение за изпълнение, съдържащо описание на параметрите на предложението АВТОКЛАВ, както и приложените брошури, комисията констатира, че предложението уред **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по следните параметри:

- „камера от неръждаема стомана: тип 316L“, участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил камера от неръждаема стомана: тип SUS 304. На комисията не става ясно, дали предложението е еквивалент на изискваното, посочено в техническата спецификация на възложителя;

- „тегло: максимум 35 кг“, участникът е предложил камера с тегло над допустимото, а именно 80 кг.

- „външни размери: максимум 510 x 365 x 550 мм (WxDxH)“, участникът е предложил камера с външни размери над допустимите, а именно 530 x 660 x 450 мм (WxDxH).

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, че параметрите на предлагания от участника „АВТОКЛАВ“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 г, да бъде отстранен от участие във вътрешния конкурентен избор по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“. тъй като е представил оферта, която не отговаря на

По обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 3-2, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 4.

Участникът е предложил ОРБИТАЛЕН КЛАТАЧЕН АПАРАТ модел Орбитален шейкър/кат.№ N2400-8030, – с гаранционен срок – 2 години.

Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за участие, с оглед направените констатации комисията реши да допусне участника до по-нататъшно участие във вътрешния конкурентен избор.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „ЛАБИМЕКС “ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 3-2, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 4.

Участникът е предложил ОРБИТАЛЕН КЛАТАЧЕН АПАРАТ модел RSLAB – 7PRO, кат. № LJN004/50685080, — с гаранционен срок – 12 месеца.

Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на „ЛАБИМЕКС“ АД отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за участие, с оглед направените констатации комисията реши да допусне участника до по-нататъшно участие във вътрешния конкурентен избор.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 3-2, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 4.

Участникът е предложил ОРБИТАЛЕН КЛАТАЧЕН АПАРАТ модел DLAB, кат.№ SK-O330-Pro, — с гаранционен срок – 1 година.

След обстойно и внимателно разглеждане на представеното предложение за изпълнение, съдържащо описание на параметрите на предложението ОРБИТАЛЕН

КЛАТАЧЕН АПАРАТ, комисията констатира, приложените брошури, доказващи параметрите на предложения уред са непълни и на комисията не става ясно **наличието на изисквания в техническата спецификация параметър „защита от повишаване на скоростта над зададената“**.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, че предлагания от участника „ОРБИТАЛЕН КЛАТАЧЕН АПАРАТ“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметър „защита от повишаване на скоростта над зададената“ и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 г, да бъде отстранен от участие във вътрешния конкурентен избор по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След извършване на описаните действия заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 23.02.2021 г. от 14:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

На 23.02.2021 г. от 14:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“

Членове:

1. Димитринка Дюлгерска – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците ценови предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията продължи работата си по оценка и класиране на офертите на допуснатите участници.

Комисията пристъпи към проверка за пълнота и съответствие на „Ценовите предложения“ на допуснатите участници по обособени позиции и констатира следното:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагриване и охлаждане

Ценовото предложение на допуснатия участник „ЛАБИМЕКС“ АД е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 4-1.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената общата стойност 5 488,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-00-135/ 25.01.2021 г. и реши да допусне участника до по-нататъшно участие във вътрешния конкурентен избор.

По обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение

1. Ценовото предложение на участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 4-2.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената стойност 2 950,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 от „БИОСИСТЕМИ“ ООД надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие.

Съгласно т. 2 от покана изх. № 72-00-135/ 25.01.2021 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения максималната прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция № 4 е 1 965,82 лв. без ДДС

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че Ценовото предложение на участника по обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение не е съобразено с обявената от възложителя максимална прогнозна стойност и на основание чл. 107, т. 2., б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-210/ 08.02.2021 г. да бъде отстранен от участие във вътрешния конкурентен избор по обособена позиция № 4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. Ценовото предложение на допуснатия участник „ЛАБИМЕКС“ АД е изготвено по утвърдения за целите на вътрешния конкурентен избор образец 4-2.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената общата стойност 1 900,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-00-135/ 25.01.2021 г. и реши да допусне участника до по-нататъшно участие във вътрешния конкурентен избор.

Комисията продължи работата си, като извърши оценка и класиране на участниците съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочен в поканата.

С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 3 от поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията предлага **КЛАСИРАНЕ** по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагриване и охлаждане

I-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена **5 488,00 лв. без ДДС**

По обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение

I-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена **1 900,00 лв. без ДДС**

В съответствие с изискванията на т. 8.8 от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертата на класирания участник и установи следното:

Участникът „ЛАБИМЕКС“ АД е заявил, че няма промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен към офертата, с която е участвал в открита процедура за сключване на рамкови споразумения и е декларирал липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП като е приложил към офертата си декларации от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП, по образец № 2 на Възложителя.

Въз основа на така направените изводи, отразени в настоящия протокол комисията реши да предложи на възложителя следното:

I. Въз основа на посоченото класиране, съгласно избрания критерий „най-ниска цена“ комисията предлага да бъде сключен договор с класираните на първо място участници както следва:

- по обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане с „ЛАБИМЕКС“ АД;

- по обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“ с „ЛАБИМЕКС“ АД

II. На основание чл. 107. т. 2. буква „а“ от ЗОП да отстрани от участие във вътрешния конкурентен избор:

по обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане участниците:

1. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с оферта 72-00-201/05.02.2021 г.

Мотиви:

Предлагания от участника „АВТОКЛАВ“ не отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „тегло“, а именно участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е предложил 40 кг, при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя максимум 35 кг, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. „БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 .

Мотиви:

Предлагания от участника „АВТОКЛАВ“ не отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ по следните параметри:

- „камера от неръждаема стомана: тип 316L“, участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил камера от неръждаема стомана: тип SUS 304,

- „тегло: максимум 35 кг“, участникът е предложил камера с тегло над допустимото, а именно 80 кг.

- „външни размери: максимум 510 x 365 x 550 мм (WxDxH)“, участникът е предложил камера с външни размери над допустимите, а именно 530 x 660 x 450 мм (WxDxH), което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

по обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение участниците

1. „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-210/ 08.02.2021 г

Мотиви:

Представеното от участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 не е съобразено с обявената от възложителя максимална прогнозна

стойност. Предложената стойност 2 950,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 от „БИОСИСТЕМИ“ ООД надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие с изх. № 72-00-135/ 25.01.2021 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. „БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 .

Мотиви:

Предлагания от участника „ОРБИТАЛЕН КЛАТАЧЕН АПАРАТ“ не съответстват на заложения от възложителя технически параметър „защита от повишаване на скоростта над зададената“. Приложените брошури, доказващи параметрите на предложението уред са непълни липсва информация за параметър „защита от повишаване на скоростта над зададената“, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

III. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП да прекрати вътрешния конкурентен избор по обособена позиция 5: „Оптически уреди“, тъй като не е подадена нито една оферта.

Настоящият протокол се подписа на 23.02.2021 г. от всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и се предава ведно с изготвения на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП доклад за резултатите от работата си на Възложителя.

Комисия в състав:

Николина Вълканова

на основание
чл. 37 от ЗОП
във вр. ЗЗЛД

Димитринка Дюлгерска

на основание
чл. 37 от ЗОП
във вр. ЗЗЛД

Бистра Петрова

От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП