

Неуспешен опит за хирургично лечение на инфекция на джоба на левокамерна подпомагаща помпа Heartmate 2

Р. Разбойников, А. Азис, З. Лазаров, Г. Георгиева, Л. Спасов
УБ „Лозенец“, Клиника по сърдечно-съдова хирургия,
Отделение по сърдечна хирургия, София, България



P-CS 8

Едно от най-тежките усложнения на подпомагащите левокамерната функция механични устройства е инфекцията на имплантационния джоб на помпата. В повечето случаи експлантацията на устройството е единственият успешен начин за лечение на тези усложнения. Ние представяме случай на неуспешен опит за лечение на късна следоперативна инфекция, при пациент, при който подпомагащото устройство е поставено като дефинитивна терапия, пациентът не е индициран за сърдечна трансплантация и премахването му ще доведе до фатални последици. Други хирургични и терапевтични стратегии следва да се търсят за лечение на подобни усложнения.

Ключови думи: левокамерна подпомагаща механична помпа, инфекция на имплантационния джоб.