



УТВЪРЖДАВАМ:



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат	
Вх. № 70-58-95	09.08.2018

чл. 2 ЗЗЛД

Доц. д-р Георги Вълчев
ЗАМ. РЕКТОР

Упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП

доц.д-р Георги Вълчев
зам.-ректор УД - ДПО
пълномощно № 70-56-169 от 05.12.2016г.

ДОКЛАД

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и класирала подадените оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 72-00-1298/ 04.07.2018 г., за участие във вътрешен конкурентен избор на изпълнител за сключване на договор с предмет **„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:**
Обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“;
Обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

В периода 17.07.2018 г. - 07.08.2018 г. в изпълнение на Заповед № РД 40-115 от 17.07.2018г., комисия в състав:

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Членове:

1. Николина Вълканова – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“,
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за сключване на договори по Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-93/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-94 / 24.04.2018 г., РС № 80-09-95/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-96/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-97/ 24.04.2018 г. РС № 80-09-101/ 04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/ 11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.

Извършените от комисията действия са отразени в приложения към настоящия доклад протокол.

I. Комисията започна работа след като получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП.

В посочения в поканата срок са постъпили 2 оферти, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1	72-00-1369/ 16.07.2018 г., 08:37 ч.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	3 и 4
2	72-00-1372/ 16.07.2018 г., 13:21 ч.	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	3 и 4

След като се запознах със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със заповед № РД 40-115/ 17.07.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор.

На публичното заседание, в съответствие с чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, присъства управителят на участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД - г-н Калин Краев. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на заседанието.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки на двамата участници по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Комисията предложи на представителя на „БИОПЛАСТ“ ЕООД да подпише техническото и ценово предложение на участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД.

Председателят на комисията оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

№	Участник	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 4
1.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	1 500,00 лв. без ДДС	4 000,00 лв. без ДДС
2.	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	580, 00 лв. без ДДС	1 560,00 лв. без ДДС

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 19.07.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

II. На 19.07.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

Членове:

1. Николина Вълканова – юристконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците техническо и ценово предложения съгласно

изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането приоритетността на първоначално подадените оферти и констатира следното:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 3. Участникът е предложил Ултразвукова вана модел UST 2.8 – 100, производител „Сиел“ ООД България

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „честота на пиезокерамичните излъчватели“, а именно участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД е предложил пиезокерамични излъчватели с честота 38 килохерца, при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя пиезокерамични излъчватели с честота 32 килохерца.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Ултразвукова вана“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 3. Участникът е предложил Ултразвукова вана модел Biobase UC – 20 A, производител BIOBASE – Китай.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметри „работна температура“ и „честота на пиезокерамичните излъчватели“, а именно участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил работна температура от 20° до 80° със стъпка от 1° и пиезокерамични излъчватели с честота 40 килохерца, при зададена в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя работна температура от 0° до 80° със стъпка от 1° и пиезокерамични излъчватели с честота 32 килохерца. Комисията констатира още, че в предложението на участника липсва параметър – обем на ваната.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Ултразвукова вана“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“

от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1372/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 4. Участникът е предложил Водна баня с цифрово управление – модел Optima, TC 120-ST12, производител Grant Instrument Ltd.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното оборудване (Водна баня с две гнезда и цифрово управление) от „БИОСИСТЕМИ“ ООД **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по обособена позиция № 4 от поканата на възложителя по следните параметри:

- „температурен обхват“, участникът е предложил *от 0 до 120 °C* при зададен в техническата спецификация *температурен обхват - +5°-99 °C*;
- „стабилност - $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ “, участникът е предложил *стабилност - $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$* ;
- „полезен обем – 5 литра, участникът е предложил *полезен обем 12 литра*.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Водна баня с две гнезда и цифрово управление“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4, което и е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2, съдържа таблица, но с описание на част от параметрите на оборудването комисията констатира, че липсва предложен параметър „Микропроцесорен контрол на температурата“ и параметър „Термостат за защита от прегряване“.

Участникът е предложил Водна баня с две гнезда и цифрово управление „Nahita“, производител Испания, каталожен номер JDD 002

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира още, че предложеното оборудване от „БИОПЛАСТ“ ЕООД **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „фин контрол на температурата с разделителна способност“. Участникът е предложил 1°C , при зададена в техническата спецификация $0,1^{\circ}\text{C}$.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че предложението на участника е непълно, както и параметрите на предлаганата от участника „Водна баня с две гнезда и цифрово управление“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1372/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4 „Друго общо

оборудване или оборудване с общо приложение, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

III. С оглед изложеното и въз основа на така направените изводи, подробно отразени в Протокола, който на основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП е неразделна част от настоящия Доклад, комисията реши да Ви предложи:

1. Да отстраните от участие в процедурата на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП участниците :

➤ „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г. за участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение и

➤ „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1372/ 16.07.2018 г. за участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“, тъй като са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

2. Да прекратите процедурата на основание изложеното и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП по:

обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“, тъй като представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 106. ал. 1 от ЗОП комисията предава настоящия доклад с приложен протокол от работата на комисията за утвърждаване от възложителя.

Настоящият Доклад се подписа на 07.08.2018 г. от членовете на комисията в два екземпляра и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с цялата документация и Протокола от работата на комисията.

Комисия в състав:

Петър Станулов

Николина Вълканова

Бистра Петрова

От документа са заличени лични данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

.....
чл. 2 ЗЗЛД

.....
чл. 2 ЗЗЛД