



ПРОТОКОЛ

На 17.07.2018 г. от 11:00 часа в Зала 2 на Ректората комисия, назначена със Заповед № РД 40-115/ 17.07.2018 г. на Ректора на Софийския университет за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал.4 от ЗОП, с изх. № 72-00-1298/ 04.07.2018 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-93/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-94 / 24.04.2018 г., РС № 80-09-95/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-96/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-97/ 24.04.2018 г. РС № 80-09-101/ 04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/ 11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

Обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“;

Обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“.

в състав

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Членове:

1. Николина Вълканова – юристконсулт в отдел „Обществени поръчки“,
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра, за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в цитираната процедура.

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше подписан от председателя на комисията и предаващото лице.

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 16.07.2018 г.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ са постъпили 2 оферти за участие във вътрешния конкурентен избор, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1	72-00-1369/ 16.07.2018 г., 08:37 ч.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	3 и 4
2	72-00-1372/ 16.07.2018 г., 13:21 ч.	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	3 и 4

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със заповед № РД 40-115/ 17.07.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор.

На публичното заседание, в съответствие с чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, присъства управителят на участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД - г-н Калин Краев. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на заседанието.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки с офертите на двамата участници по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Комисията предложи на представителя на „БИОПЛАСТ“ ЕООД да подпише техническото и ценово предложение на участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД.

Председателят на комисията оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

№	Участник	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 4
1.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	1 500,00 лв. без ДДС	4 000,00 лв. без ДДС
2.	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	580, 00 лв. без ДДС	1 560,00 лв. без ДДС

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 19.07.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

На 19.07.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Членове:

3. Николина Вълканова – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“,
4. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците техническо и ценово предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквани към изпълнението на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение

на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 3. Участникът е предложил Ултразвукова вана модел UST 2.8 – 100, производител „Сиел“ ООД България

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „честота на пиезокерамичните излъчватели“, а именно участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД е предложил *пиезокерамични излъчватели с честота 38 килохерца*, при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя *пиезокерамични излъчватели с честота 32 килохерца*.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Ултразвукова вана“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагриване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 3. Участникът е предложил Ултразвукова вана модел Viobase UC – 20 A, производител BIOBASE – Китай.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметри „*работна температура*“ и „*честота на пиезокерамичните излъчватели*“, а именно участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил *работна температура от 20° до 80° със стъпка от 1°* и *пиезокерамични излъчватели с честота 40 килохерца*, при зададена в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя *работна температура от 0° до 80° със стъпка от 1°* и *пиезокерамични излъчватели с честота 32 килохерца*. Комисията констатира още, че в предложението на участника **липсва** параметър – обем на ваната.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Ултразвукова вана“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1372/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагриване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 4. Участникът е предложил Водна баня с цифрово

управление – модел Optima, TC 120-ST12, производител Grant Instrument Ltd.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното оборудване (Водна баня с две гнезда и цифрово управление) от „БИОСИСТЕМИ“ ООД **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по обособена позиция № 4 от поканата на възложителя по следните параметри:

- „температурен обхват“, участникът е предложил *от 0 до 120°C* при зададен в техническата спецификация *температурен обхват - +5°-99°C*;
- „стабилност - $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ “, участникът е предложил *стабилност - $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$* ;
- „полезен обем – 5 литра, участникът е предложил *полезен обем 12 литра*.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Водна баня с две гнезда и цифрово управление“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г. да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4, което и е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2, съдържа таблица, но с описание на част от параметрите на оборудването комисията констатира, че липсва предложен параметър „Микропроцесорен контрол на температурата“ и параметър „Термостат за защита от прегряване“.

Участникът е предложил Водна баня с две гнезда и цифрово управление „Nahita“, производител Испания, каталожен номер JDD 002

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира още, че предложеното оборудване от „БИОПЛАСТ“ ЕООД **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „фин контрол на температурата с разделителна способност“. Участникът е предложил 1°C , при зададена в техническата спецификация $0,1^{\circ}\text{C}$.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че предложението на участника е непълно, както и параметрите на предлаганата от участника „Водна баня с две гнезда и цифрово управление“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1372/ 16.07.2018 г. да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на така направените изводи, отразени в настоящия протокол комисията предлага на възложителя :

1. На основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП да отстрани от участие в процедурата участниците :

➤ „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г. за участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение и

➤ „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1372/ 16.07.2018 г. за участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена

позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“, тъй като са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП да прекрати процедурата по: обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“ и обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“, тъй като представените оферти не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията взе решение да изготви доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на възложителя за утвърждаване.

С извършване на описаните по-горе действия Комисията приключи своята работа.

Настоящият протокол се изготви и подписа на 07.08.2018 г.

Комисия в състав:
Петър Станулов

.....
чл. 2 ЗЗЛД
.....

Николина Вълканова

.....
чл. 2 ЗЗЛД
.....

Бистра Петрова

.....
От документа са заличени лични данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.