



РЕШЕНИЕ

№ РД 40-137 /

01-03-2021

На основание чл. 22, ал. 1, т.6 и т. 8, чл. 82, ал. 4, т. 5, чл. 108, т.1 и т. 4 и във връзка с чл. 106. ал. 6 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на утвърден Доклад № 70-58-411 от 1.03.2021 г., ведно с протокола от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 40-25 от 09.02.2021 г. на Ректора на Софийски университет за разглеждане и класиране на получените оферти в отговор на отправена писмена покана № 72-00-135/ 25.04.2021 г., с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по **обособени позиции:**

Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“

Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“;

Обособена позиция 5: „Оптически уреди“, в изпълнение на Рамкови споразумения с номера № 80-09-92/ 24.04.2018 г., № 80-09-93/ 24.04.2018 г., № 80-09-94 / 24.04.2018 г., № 80-09-95/ 24.04.2018 г., № 80-09-96/ 24.04.2018 г., № 80-09-97/ 24.04.2018 г. № 80-09-101/ 04.05.2018 г. и № 80-09-114/ 11.05.2018 г., сключени след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции, открита с Решение РД 40-137/ 20.09.2017 г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 40-144/ 09.10.2017 г., с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2017-0024 с прогнозна стойност, посочена в поканата по:

Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“ – 5 488,00 лева без ДДС;

Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“ – 1965,82 лева без ДДС;

Обособена позиция 5: „Оптически уреди“ – 9 086,00 лева без ДДС, в законово определения срок,

РАЗПОРЕЖДАМ

I. На основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от Закон за обществените поръчки и изложеното в протокола и доклада на комисията **ОТСТРАНЯВАМ** от участие във вътрешния конкурентен избор следните участници:

по обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане участниците:

1. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с оферта 72-00-201/ 05.02.2021 г.

Мотиви:

Предлагания от участника „АВТОКЛАВ“ не отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметър „тегло“, а именно участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е предложил 40 кг, при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя

максимум 35 кг, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. „БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 .

Мотиви:

Предлагания от участника „АВТОКЛАВ“ не отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ по следните параметри:

- „камера от неръждаема стомана: тип 316L“, участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил камера от неръждаема стомана: тип SUS 304. На комисията не става ясно, дали предложението е еквивалент на изискването, посочено в техническата спецификация на възложителя;

- „тегло: максимум 35 кг“, участникът е предложил камера с тегло над допустимото, а именно 80 кг.

- „външни размери: максимум 510 x 365 x 550 мм (WxDxH)“, участникът е предложил камера с външни размери над допустимите, а именно 530 x 660 x 450 мм (WxDxH), което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

по обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение
участниците

1. „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-210/ 08.02.2021 г

Мотиви:

Представеното от участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 не е съобразено с обявената от възложителя максимална прогнозна стойност. Предложената стойност 2 950,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 от „БИОСИСТЕМИ“ ООД надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие с изх. № 72-00-135/ 25.01.2021 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. „БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-222/ 08.02.2021 .

Мотиви:

Предлагания от участника „ОРБИТАЛЕН КЛАТАЧЕН АПАРАТ“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметър „защита от повишаване на скоростта над зададената“. Приложените брошури, доказващи параметрите на предложението уред са непълни липсва информация за параметър „защита от повишаване на скоростта над зададената“, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на участниците във вътрешния конкурентен избор, съгласно обявения критерий „най-ниска цена“, по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагриване и охлаждане

1-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена 5 488,00 лв. без ДДС

По обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение

1-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена 1 900,00 лв. без ДДС

III. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка както следва:
По обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена 5 488,00 лв. без ДДС;

По обособена позиция 4 – Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена 1 900,00 лв. без ДДС.

ПРЕКРАТЯВАМ вътрешния конкурентен избор по обособена позиция 5: „Оптически уреди“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП и въз основа на приетите основания и мотиви подробно изложени в протокола и доклада от работата на комисията,

Мотиви:

До крайния срок (08.02.2021 г. 17:30 ч.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ не са постъпили оферти за участие по обособена позиция 5: „Оптически уреди“.

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в обществената поръчка и да се публикува на профила на купувача, заедно с протокола от работата на комисията и доклада по чл. 60 от ППЗОП, при спазване на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП.

Достъп до протокола от работата на комисията и доклада по чл. 60 от ППЗОП, е осигурен в профила на купувача на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на електронен адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/pokani_po_ramkovi_sporazumeniya_po_reda_na_glava_deseta_razdel_i_ot_zop/ramkovo_sporazumenie_s_predmet_dostavka_na_laboratorno_i_medicinsko_oborudvane

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, от Закон за обществените поръчки, решението подлежи на обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, п.к.1000, бул. „Витоша“ №18, тел. 02 988 40 70, ел. поща: srcadmin@src.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

на основание
чл. 37 от ЗОП
във вр. ЗЗЛД

проф. д-р Анастас Герджиков
РЕКТОР

От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП

