



## РЕШЕНИЕ

№ 40-36 | 11-03-2021

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 4, т. 5, чл. 108 и във връзка с чл. 106, ал. 6 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на утвърден Доклад № 70-58-45.....1/1.-03-.202021 г., ведно с протокола от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 40-30/19.02.2021 г. на Ректора на Софийски университет за разглеждане и класиране на получените оферти в отговор на отправена писмена покана № 72-00-221/08.02.2021 г. с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Везни“;

Обособена позиция 2: „Бъркалки“;

Обособена позиция 3: „Уреди с нагриване и охлаждане“;

Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Обособена позиция б: „Уреди за детекция и анализ“, в изпълнение на Рамкови споразумения с номера № 80-09-92/24.04.2018 г., № 80-09-93/24.04.2018 г., № 80-09-94/24.04.2018 г., № 80-09-95/24.04.2018 г., № 80-09-96/24.04.2018 г., № 80-09-97/24.04.2018 г., № 80-09-101/04.05.2018 г. и № 80-09-114/11.05.2018 г., сключени след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции, открита с Решение РД 40-137/20.09.2017 г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 40-144/09.10.2017 г., с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2017-0024 и прогнозна стойност, посочена в поканата, както следва: ОП № 1 – 3 100,00 лв. без ДДС; ОП № 2 – 6 900,00 лв. без ДДС; ОП № 3 – 1 250,00 лв. без ДДС; ОП № 4 – 3 458,00 лв. без ДДС и ОП №6 – 2 484,00 лв. без ДДС в законово определения срок,

### РАЗПОРЕЖДАМ

**I. ОТСТРАНЯВАМ** от участие във вътрешен конкурентен избор на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закон за обществените поръчки и изложеното в протокола и доклада на комисията участниците:

#### По обособена позиция 1 „Везни“

1. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с оферта 72-00-276/19.02.2021г.

*Мотиви:*

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване **не отговаря** на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметър „време за стабилизиране“, а именно участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е предложил „време за стабилизиране“: 4s, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 от поканата на възложителя време за стабилизиране: между 1,01 s и 1,99s.

2. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с оферта 72-00-277/19.02.2021г.

*Мотиви:*

*Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

*Предложеното от участника оборудване не отговаря на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметър „време за стабилизиране“, а именно участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД е предложил „време за стабилизиране“: 4s, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 от поканата на възложителя време за стабилизиране: между 1,01 s и 1,99s.*

**По обособена позиция 2 „Бъркалки“**

1. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с оферта 72-00-276/19.02.2021г.

*Мотиви:*

*Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

*Предложеното от участника оборудване не отговаря на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметри „температурен обхват“ и „точност при настройване на скоростта на разбъркване“, според страница 5 от брошурата на производителя предложението „температурен обхват“ е: от стайната температура +5 °C до 500 °C, при зададени в техническата спецификация обособена позиция № 2 от поканата на възложителя температурен обхват: от 0 до 340 °C.*

*Диапазона на скорости на разбъркване предложен от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е по-тесен от заложените минимални изисквания (страница 5 от брошурата на производителя). Точността при настройване на скоростта на разбъркване е описана като 2% от скоростта на разбъркване, което не отговаря на изискването от 5 грт за целият диапазон на скорости на разбъркване.*

2. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с оферта 72-00-277/19.02.2021г.

*Мотиви:*

*Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

*Предложеното от участника оборудване не отговаря на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметри „температурен обхват“ и „точност при настройване на скоростта на разбъркване“, а именно участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД е предложил „температурен обхват“: от 0 до 370 °C, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя температурен обхват: от 0 до 340 °C. Предложената минимална температура от участника противоречи на предоставената техническа брошура, където минималната температура е „стайната“, а не 0 градуса Целзий.*

*Диапазона на скорости на разбъркване предложен от „ЛАБТЕХ“ ЕООД е по-малък от заложените минимални изисквания (страница 2 от брошурата на производителя). Точността при настройване на скоростта на разбъркване е описана като 2% от скоростта на разбъркване, което не отговаря на изискването от 5 грт за целият диапазон на скорости на разбъркване.*

3. „ЛАБИМЕКС“ АД с оферта 72-00-281/19.02.2021г.

*Мотиви:*

*Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

Предложеното от участника оборудване **не отговаря** на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметър „температурен обхват“, а именно участникът „ЛАБИМЕКС“ АД е предложил „температурен обхват“: от 0 до 370 °С, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя температурен обхват – от 0 до 340 °С. Предложената минимална температура от участника противоречи на предоставената техническа брошура, където минималната температура е „стайната“, а не 0 градуса Целзий.

### По обособена позиция 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с оферта 72-00-277/19.02.2021г.

*Мотиви:*

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметри „интервал на охлаждане/нагряване“, „мощност на охлаждане при 0°С“ и „температурна стабилност“, а именно участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД е предложил „интервал на охлаждане/нагряване“: -35 °С до 150 °С, мощност на охлаждане при 0°С: 340 W(извън диапазона на посочените минимални изисквания) и „температурна стабилност“:  $\pm 0.1$  °С, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя температурен обхват: -40 до 150 °С, мощност на охлаждане при 0°С: между 0.101 kW и 0.150 kW и температурна стабилност:  $\pm 0.05$  °С.

**II. ПРЕУСТАНОВЯВАМ** по обособена позиция № 2 „Бъркалки“ и по обособена позиция №3 „Уреди с нагряване и охлаждане“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката и въз основа на приетите основания и мотиви подробно изложени в протокола и доклада от работата на комисията.

**III. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ** на участниците във вътрешния конкурентен избор, съгласно обявения критерий „най-ниска цена“, по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 1 „Везни“

**I-во място:** „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена **3 000,00 лв. без ДДС**

По обособена позиция 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

**I-во място:** „БИОПЛАСТ“ ЕООД с предложена обща цена **3 454,00 лв. без ДДС**

По обособена позиция 6 „Уреди за детекция и анализ“

**I-во място:** „БИОПЛАСТ“ ЕООД с предложена обща цена **2 482,00 лв. без ДДС**

**IV. ОПРЕДЕЛЯМ** за изпълнител на обществената поръчка:

По обособена позиция 1 „Везни“

**„ЛАБИМЕКС“ АД**

По обособена позиция 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

**„БИОПЛАСТ“ ЕООД**

По обособена позиция 6 „Уреди за детекция и анализ“

**„БИОПЛАСТ“ ЕООД**

V. Решението се публикува на профила на купувача, заедно с протокола от работата на комисията и доклада по чл. 60 от ППЗОП.

Достъп до протокола от работата на комисията и доклада по чл. 60 от ППЗОП, е осигурен в профила на купувача на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на електронен адрес: [https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet\\_t/administraciya/otdel\\_obschestveni\\_por\\_chki/profil\\_na\\_kupuvacha/proceduri\\_sled\\_15\\_04\\_2016g/pokani\\_po\\_ramkovi\\_sporazumeniya\\_po\\_reda\\_na\\_glava\\_deseta\\_razdel\\_i\\_ot\\_zop/ramkovo\\_sporazumenie\\_s\\_predmet\\_dostavka\\_na\\_laboratorno\\_i\\_medicinsko\\_oborudvane](https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/pokani_po_ramkovi_sporazumeniya_po_reda_na_glava_deseta_razdel_i_ot_zop/ramkovo_sporazumenie_s_predmet_dostavka_na_laboratorno_i_medicinsko_oborudvane)

Настоящото Решение подлежи на обжалване, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 и чл. 199, ал. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша №18, електронна поща: [crcadmin@crc.bg](mailto:crcadmin@crc.bg) интернет адрес: <http://www.crc.bg>

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”**

На основание  
чл. 37 от ЗОП

**проф. дфн Анастас Герджиков**  
**РЕКТОР**

*От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП*