




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЯЖ

72-00-300
Изходящ № от 11.02.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

в открыта процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталација и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ към лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи» във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40-10 от дата 16.01.2019г.

Обособена позиция – 1: „Доставка, инсталација и обучение на система за определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности, вкл. наклонени и при различни температури“

Обособена позиция – 2: „Доставка, инсталација и обучение на лазерна дифракционна система за определяне размер на микронни частици в дисперсии“,

Относно: Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „*Доставка, инсталација и обучение на лабораторна и измервателна апаратура за лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ към лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи» във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“*“ по две обособени позиции.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения по условията на цитираната обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения:

Отговор на зададения въпрос с (Вх. № 72-00-259/06.02.2019 г.), относящ се за Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталација и обучение на лазерна дифракционна система за определяне размер на микронни частици в дисперсии“

Въпрос: *В случай, че участник предложи допълнителни модули – за измерване на сухи (гранулирани) пробы следва ли да се включи в оферата и източници на компресиран въздух и вакуум, ако те са необходими за извършване на измерването?*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Отговор на въпроса: Съгласно изискванията на Възложителя (стр. 10 от документацията), апаратурата трябва да бъде доставена, инсталирана, настроена и въведена в експлоатация. Последното, означава, че всички допълнителни модули към апаратурата трябва да бъдат напълно окомплектовани и функционални, за да се присъдят точки според методиката за комплексна оценка на офертите.

В този смисъл, модулът за сухи (гранулирани) проби следва да се включи в офертата окомплектован с източници на компресиран въздух и на вакуум, за да бъде въведен в експлоатация след инсталацията на апаратурата от Участника.

На същия принцип следва да бъдат предлагани всички допълнителни модули.

Проф. д-р АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ.
РЕКТОР

