



ПРОТОКОЛ

На 28.05.2019 г. от 11:00 часа в кабинет 20 на Ректората комисия, назначена със Заповед № РД 40-79/28.05.2019 г. на Ректора на Софийския университет за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал.4 от ЗОП, с изх. № 72-00-870/07.05.2019 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/24.04.2018 г., РС № 80-09-93/24.04.2018 г., РС № 80-09-94 /24.04.2018 г., РС № 80-09-95/24.04.2018 г., РС № 80-09-96/24.04.2018 г., РС № 80-09-97/24.04.2018 г. РС № 80-09-101/04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

Обособена позиция 2: „Бъркалки“;

Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“

в състав

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“;

Членове:

1. Доц. д-р Донка Ташева – ръководител на договор за научни изследвания към ФХФ;
2. Диана Ангелова-Найденова– специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра, за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в цитираната процедура.

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше подписан от приемащото и предаващото лице.

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 27.05.2019 г.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ са постъпили оферти за участие във вътрешния конкурентен избор, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1.	72-00-954/21.05.2019 г.; 13:15 часа	„РИДАКОМ“ ЕООД	2
2.	72-00-985/27.05.2019 г.; 12:49 часа	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	2 и 3
3.	72-00-991/27.05.2019 г.; 15:07 часа	„ЛАБИМЕКС“ АД	3
4.	72-00-992/27.05.2019 г.; 16:27 часа	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	2 и 3

След като се запознах със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със заповед № РД 40-79/28.05.2019 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор.

На публичното заседание, в съответствие с чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, присъства управителят на участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД - г-н Калин Краев. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на заседанието.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки с офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Комисията предложи на представителя на „БИОПЛАСТ“ ЕООД да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници. Г-н Калин Краев не подписа техническото и ценовото предложение на първата постъпила оферта, тъй като пристигна в 11:10 часа и комисията беше започнала заседанието.

Председателят оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 2	Ценово предложение за ОП 3
„РИДАКОМ“ ЕООД с оферта 72-00-954/21.05.2019г.	1 150,00 лв. без ДДС	<i>не участва</i>
„БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-985/27.05.2019	<i>има отказ</i>	1 200,00 лв. без ДДС
„ЛАБИМЕКС“ АД с оферта 72-00-991/27.05.2019 г.	<i>не участва</i>	750,00 лв. без ДДС
„БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-992/27.05.2019г	1 610,00 лв. без ДДС	1 200,00 лв. без ДДС

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 29.05.2019 г. от 10:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

На 29.05.2019 г. от 10:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“;

Членове:

1. Доц. д-р Донка Ташева – ръководител на договор за научни изследвания към ФХФ;
2. Диана Ангелова-Найденова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците техническо и ценово предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

По обособена позиция 2. „Бъркалки“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „РИДАКОМ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 2 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и 3-2 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 2. Участникът е предложил Магнитна бъркалка с нагриване модел RSM-10HP, производител „Phoenix Instrument“ и Магнитна бъркалка без нагриване модел RSM-ECO, производител „Phoenix Instrument“.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ както следва:

- Магнитна бъркалка с нагриване по параметри „*работна температура*“, „*фиксирана защитна температура*“ и „*обхват на скоростта*“, а именно участникът е предложил *работна температура до 280°C* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *работна температура до 340°C*, *фиксирана защитна температура 320°C* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *фиксирана защитна температура 360°C* и *обхват на скоростта от 200 до 1500 грт* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обхват на скоростта от 100 до 1500 грт*;

- Магнитна бъркалка без нагриване по параметри „*обем на разбъркване*“, „*размер на блюдото*“ и „*обороти*“, а именно участникът е предложил *обем на разбъркване 1,5 л.* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обем на разбъркване до 2 л.*, *размер на блюдото диаметър 120 мм* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *размер на блюдото диаметър 160 мм* и *обороти от 300 до 2000 грт* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обороти от 0 до 3000 грт*

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Магнитна бъркалка с нагриване“ и „Магнитна бъркалка без нагриване“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „РИДАКОМ“ ЕООД, с оферта 72-00-954/21.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Бъркалки“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Комисията отвори опаковката с офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД и констатира, че в нея няма нито технически, нито ценови предложения на участника по обособена позиция № 2, а писмо с Изх. № 18/23.05.2019г. подписано от Мая Кичева – управител на фирмата, с което информират Ректора на Софийски университет, че за обособена позиция № 2 нямат съответстващи на спецификацията уреди на крайна цена в рамките на предвидения от Възложителя максимално допустим бюджет.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП да предложи участникът „БИОСИСТЕМИ“ ЕООД, с оферта 72-00-985/27.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособени позиции № 2 „Бъркалки“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 2 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и 3-2 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 2. Участникът е предложил Магнитна бъркалка с нагряване модел MS-H-Prot, производител „Biobase“ и Магнитна бъркалка без нагряване модел MS-PB, производител „Biobase“ .

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ както следва:

- Магнитна бъркалка с нагряване по параметри „сензор за по-прецизен температурен контрол($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) и стойка за закрепване“ и „размери на плочата“, а именно участникът е описал, че има *сензор за по-прецизен температурен контрол($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$) и стойка за закрепване*, но в представените брошури не е посочено, че ги има тези параметри и *размери на плочата* е посочил, че няма при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *размери на плочата диаметър 135 мм*;

- Магнитна бъркалка без нагряване по параметри „обороти“, „размер на блюдото“ и „захранване“, а именно участникът е предложил *обороти от 0 до 1500 грт* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *обороти от 0 до 3000 грт*, *размер на блюдото диаметър 135 мм* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *размер на блюдото диаметър 160 мм и захранване* е посочил, че няма при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя *захранване 12V, 300mA адаптер*.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганата от участника „Магнитна бъркалка с нагряване“ и „Магнитна бъркалка без нагряване“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-992/ 27.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2 „Бъркалки“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-3, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил хладилник с горна камера – Hotpoint/Ariston – ENXTM-18211F.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия.

С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „ЛАБИМЕКС“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-3, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил хладилник с горна камера – Hotpoint/Ariston – ENXTM-18211F.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия.

С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „ЛАБИМЕКС“ АД.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-3, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването. Не е представил брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил хладилник с горна камера – Electrolux, Германия.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметри „обем хладилна част“, „обем фризерна част“, „гаранция“ и „ниво на шум“, а именно участникът е предложил *обем хладилна част 220 л.* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя *обем хладилна част 322 л., обем фризерна част 91 л.* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя *обем фризерна част 101 л., гаранция 1 година* при зададен в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя *гаранция 3 години и ниво на шум не е посочил.*

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганият от участника „Хладилник с горна камера“ не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-992/27.05.2019 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценовото предложение“ на допуснатите участници, съдържащо единична и обща цена и констатира следното:

1. Ценовото предложение на участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената стойност 1 200,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 от „БИОСИСТЕМИ“ ООД надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие. Съгласно т. 3. от покана с изх. № 72-00-870/07.05.2019 г. към изпълнителите по

Рамкови споразумения прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“ е 750,00 лв. без ДДС

С оглед изложеното, комисията взе единодушно решение, че Ценовото предложение на участника по обособени позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“ не е съобразено с обявената от възложителя прогнозна стойност и на основание чл. 107, т. 2., б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта № 72-00-985/27.05.2019 г да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Ценовото предложение на участника „ЛАБИМЕКС“ АД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената стойност 750,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 от „ЛАБИМЕКС“ АД не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-00-870/07.05.2019 г.

Комисията продължи работата си, като извърши оценка и класиране на участниците съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочен в поканата.

С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 5 от поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията предлага **КЛАСИРАНЕ** по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

I-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена **750,00 лв. без ДДС**

В съответствие с изискванията на т. 11.8 от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертата на класирания участник и установи следното:

Участникът „ЛАБИМЕКС“ АД е заявил, че няма промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен към офертата, с която е участвал в открита процедура за сключване на рамкови споразумения и е декларирал липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП като е приложил към офертата си декларации от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП, по образец № 2 на Възложителя.

С оглед изложеното и въз основа на посоченото класиране, съгласно избрания критерий „най-ниска цена“ комисията предлага **да бъде сключен договор** с класирания на първо място участник по обособена позиция както следва:

По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

„ЛАБИМЕКС“ АД

Въз основа на така направените изводи, отразени в настоящия протокол комисията реши да предложи на възложителя следното:

- На основание чл. 107, т. 2. буква „а“ от ЗОП да **отстрани от участие в процедурата** следните участници:

по обособена позиция 2. „Бъркалки“

„РИДАКОМ“ ЕООД, с оферта 72-00-954/21.05.2019 г. - по обособена позиция № 2. „Бъркалки“.

Мотиви:

Параметрите на предлаганото от участника лабораторно оборудване не съответстват на заложените от възложителя технически параметри.

„БИОСИСТЕМИ“ ЕООД, с оферта 72-00-985/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 2. „Бъркалки“.

Мотиви:

След отварянето на запечатената непрозрачната опаковка, подадена от участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД, комисията констатира, че документите в нея не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, тъй като в опаковката не е представено предложение за изпълнение на поръчката, а писмо с Изх. № 18/23.05.2019 г. подписано от Мая Кичева – управител на фирмата, с което информират Ректора на Софийски университет, че за обособена позиция № 2 нямат съответстващ на спецификацията уред на крайна цена в рамките на предвидения от Възложителя максимално допустим бюджет.

„БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-992/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 2. „Бъркалки“.

Мотиви:

Параметрите на предлаганото от участника лабораторно оборудване не съответстват на заложените от възложителя технически параметри.

по обособена позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“

„БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-985/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“.

Мотиви:

Ценовото предложение на участника по обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“ надвишава предварително обявената прогнозна стойност, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

„БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-992/27.05.2019 г. - по обособена позиция № 3. „Бъркалки“.

Мотиви:

Параметрите на предлаганото от участника лабораторно оборудване не съответства на заложените от възложителя технически параметри.

Комисията реши да предложи на възложителя да **прекрати процедурата** по обособена позиция № 2, „Бъркалки“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията да изготви доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на възложителя за утвърждаване.

С извършване на описаните по-горе действия Комисията приключи своята работа.


Настоящият протокол се изготви и подписа на ~~29.05.2019~~ г.

Комисия в състав:

Петър Станулов

Доц. д-р Донка Ташева

Диана Ангелова-Найденова



От документа са заличени лични данни на основание ЗЗДД във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент