



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДО
ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

Вх. № 40.58-60 / 12.06.2019

Утвърждавам:

на основание
ЗЗЛД

ДОКЛАД

по чл.103, ал.3 от ЗОП

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-47/02.04.2019г. на Ректора Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - проф. д.ф.н. Анастас Георгиев Герджиков за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет "Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура за оборудване на лаборатория по оценка на безопасността на продуктите във Факултет по Химия и Фармация на СУ "Св. Климент Охридски", по проект BG05M2OP001-1.002-0012", открита с Решение № РД-40-32 от 20.02.2019г. на проф. д.ф.н. Атанас Герджиков - Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 00640-2019-0004, номер в ОВ на ЕС 2019/S 039-087465 от 25.02.2019 г. Процедурата се провежда по Проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

С горепосочената Заповед беше назначена комисия по реда на чл.103 от ЗОП, която имаше задача да разгледа и оцени офертите на участниците в процедурата на възлагане на обществена поръчка в състав:

Председател: Проф. д-р Славка Чолакова - Ръководител на Научен проект 6 „Природни биоактивни средства за лична хигиена, козметични и хранителни продукти“

----- www.efrunds.bg -----

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Членове:

1. Ивайло Стоянов – юрист по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
2. Кръстанка Маринова – изследовател R3 по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
3. Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева – изследовател R3 по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
4. Светослав Аначков – изследовател R2 по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
5. Захари Винаров – изследовател R2 по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“
6. Бистра Петрова – асистент по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Комисията направи своето първо заседание на 02.04.2019 г. от 11:00 часа, в Зала 1 в Софийски университет „Св.Климент Охридски“, с адрес гр. София, бул. Цар Освободител № 15, в изпълнение на Заповед № РД 40-47/02.04.2019г. на ректора СУ „Св. Климент Охридски“ - проф. д.ф.н. Анастас Георгиев Герджиков в пълен състав.

До крайния срок - 17.30 ч. на 01.04.2019 г. бяха подадени оферти от следните участници:
„ДАНС ФАРМА“ ЕООД – вх.№ 72-00-659/ 01.04.2019 г., 14:03 ч., с адрес гр. София 1202, ул. "Индустрална" № 11, Василев Бизнес Сити, ет. 7, ЕИК 130 868 975

Получената оферта е предадена на председателя на комисията с протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участника - Вяра Петрова Петрова, представител на „Данс Фарма“ ЕООД.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

След получаване на офертата от председателя на комисията, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

----- www.eufunds.bg -----



На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията извърши оценката на техническото и ценовото предложение на участника преди провеждането на предварителен подбор.

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта и констатира следва:

Участник: „Данс Фарма” ЕООД

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията оповести нейното съдържание, отвори и оповести Ценовото предложение на участника, както следва:

1. **Обща цена за изпълнение: 32 629.47 (тридесет и две хиляди шестстотин двадесет и девет хиляди и 47 стотинки) лв. без ДДС и 39 155.36 (триесет и девет хиляди сто петдесет и пет лева и 36 стотинки) лв. с ДДС.**
2. **Ценово предложение по апарати:**

АРТИКУЛ	ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС
Автоклав	7 908.75	9 490.50
Ламинарен бокс (кабинет)	7 311.00	8 773.20
СО2 инкубатор	7 780.50	9 336.60
Термостат (инкубатор)	2 618.22	3 141.86
Хематологичен анализатор	7 011.00	8 413.20

В изпълнение на разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение на участника.

С извършването на описаните по-горе действия в съответствие с разпоредбата на чл. 61 т.2 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Съгласно чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията продължи работата си в закрито заседание като разгледа представената оферта относно съответствието ѝ с предварително обявените условия. След като подробно разгледа представеното от участника ценово предложение, комисията установи:

Предложеното от участника ценово предложение отговаря напълно на изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на Възложителя, липсват технически и аритметични грешки. Образецът е попълнен надлежно с изискуемата информация и предложената цена не надвишава обявения от Възложителя максимален финансов ресурс

Комисията подробно разгледа **представеното от участника техническо предложение.**



Комисията пристъпи към проверка съответствието на техническото предложение на участника с предварително обявените условия.

Участникът е представил следното:

1. Предложение за изпълнение на поръчката.
2. Официални брошури/каталози от производителя с превод на български език:
 - 2.1. Автоклав: марка Viobase, модел ВКМ-Z45S;
 - 2.2. Ламинарен бокс (кабинет): марка Viobase, модел BSC-1100IIA2-X
 - 2.3. CO₂ инкубатор: марка Viobase, модел BJPX-C80II
 - 2.4. Термостат (инкубатор): марка Witeg, модел WIG-32;
 - 2.5. Хематологичен анализатор: марка Viobase, модел ВК-6200;
3. Оторизационно писмо от производителя- 2 бр.

След проверка съответствието на предложението за изпълнение на поръчката на участника с предварително обявените условия, Комисията е констатирала следното:

1. На стр.2, т.7 от предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил: „*Гаранционен срок в месеци: 60 месеца. Предложената гаранция е в сила, при условие, че възложителят ще осигури UPS устройства, към които ще бъдат свързани предлаганото от „Данс Фарма” ЕООД оборудване*”.

В техническата спецификация от документацията за участие, условията, които Възложителят поставя за Гаранционно и сервизно обслужване са следните:

- Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки за срок съгласно неговото техническо предложение, но не по-малък от 12 месеца;
- Гаранционното обслужване трябва да включва всички разходи за транспорт, труд, резервни части, материали и др.;
- Подмяната на повредените части трябва да се извършва с нови и оригинални части (от производителя на оборудването) или еквивалентни на тях и съвместими с настоящото оборудване.

Посоченото от участника, че предложената гаранция от 60 месеца е в сила, при условие, че възложителят ще осигури UPS устройства е ново обстоятелство, допълнително въведено от участника и не съответства на предварително обявените условия на Възложителя. В проектната дейност по обществената поръчка **НЕ Е предвиден бюджет за осигуряване на „изисканото“** от участника допълнително UPS оборудване и в този смисъл същото не е предмет на възлагане по настоящата обществена поръчка. **В ЗОП не е налице правна възможност участникът да „въвежда“ условия към изпълнението на поръчката, което само по себе си противоречи на**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

декларираното от участника приемане клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, като част от придобилите правен стабилитет условия по процедурата.

2. Комисията установи, че са налице са съществени разлики между предоставените от Участника брошури и официалните общодостъпни каталози от сайта на производителя (BIOBASE; www.biobase.cc), които се отнасят за същите модели и марки апарати. По време на работата си, Комисията приема верността само на официалните общо-достъпни каталози и ги прилага към настоящия протокол.

Откритите несъответствия между минималните изисквания на Възложителя и техническото предложение на Участника, които се установяват от официалните общодостъпни каталози от сайта на производителя са следните:

АВТОКЛАВ

Минимално техническо изискване № 6 – Възложителят изисква „*поне една въведена / включена програма за стерилизация на хранителни среди*“. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличието на програма за стерилизация на хранителни среди.

Минимално техническо изискване № 8 – Възложителят изисква „*максимално налягане при стерилизация: поне 1.5 bar*“. От официалния общодостъпен каталог на производителя е видно, че максималното налягане при стерилизация е 0.1/0.3 MPa или 1/3 bar. Не става ясно коя стойност се отнася за предложения модел автоклав. Ако се приеме по-ниската стойност от 1 bar, тя не отговаря на минималното техническо изискване на възложителя.

ЛАМИНАРЕН БОКС (КАБИНЕТ)

Минимална необходима принадлежност № 2 – Възложителят изисква да има *флуоресцентна лампа*. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличието на флуоресцентна лампа, а само на LED осветление в ламинарния бокс.

CO₂ ИНКУБАТОР

Минимално техническо изискване № 4 – Възложителят изисква „*резолюция на задаваната температура в камерата: 0,1 °C или по-добра*“. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява каква е температурната резолюция, тъй като са дадени стойности само за температурната стабилност и хомогенност в камерата на инкубатора.

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Минимално техническо изискване № 6 – Възложителят изисква „температура за стерилизация на камерата: поне 80 °C“. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличие на стерилизация на камерата при висока температура. В каталога е описано наличие само на UV лампа за стерилизация, което обаче не отговаря на изискването на Възложителя.

ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР

Минимално техническо изискване № 7 – Възложителят изисква „автоматично промиване, разреждане, разбъркване и отпушване“. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличие на възможности за автоматично разреждане и разбъркване на пробата.

В случая комисията счита, че участникът е променил техническите характеристики на предложените от него апарати, като същите не отговарят на действителните им производствени характеристики, предоставени от производителите на съответния продукт.

Приложеният към настоящия доклад протокол се състави на основание чл. 61, т.3 от ППЗОП на четири заседания на комисията проведени съответно на 02.04.2019 г., 07.05.2019 г., 14.05.2019 г. и 21.05.2019 г.

Комисията заседава в пълен състав на всяко от посочените заседания.


Комисията взе своите решения единодушно.

Решение на комисията:


Членовете на комисията единодушно решиха да не допуснат участника „Данс Фарма“ ЕООД до нататъшно участие в процедурата и да предложат на възложителя да отстрани офертата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното, на основание чл.106, ал.3 от ЗОП, съгласно който комисията приключва своята работа и представя на възложителя доклад, ведно с приложени протоколи от своята работа, моля да утвърдите така представения доклад и да постановите решение в указания в чл.106, ал.6 от ЗОП 10-дневен срок.

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Приложения:

1. Протокол от работата на комисията – 1 бр.
2. Оферта на участника – 1 бр.

Настоящият доклад е съставен на 31.05.2019г.

Комисия:

1. Проф. д-р Славка Чолакова ... **на основание**
ЗЗЛД
2. Ивайло Стоянов **на основание**
ЗЗЛД
3. доц. д-р Кръстанка Маринова ... **на основание**
ЗЗЛД
4. доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева ... **на основание**
ЗЗЛД
5. гл. ас. д-р Светослав Аначков ... **на основание**
ЗЗЛД
6. гл. ас. д-р Захари Винаров ... **на основание**
ЗЗЛД
7. Бистра Петрова ... **на основание**
ЗЗЛД

----- www.eufunds.bg -----

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.