



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

РЕШЕНИЕ

№ РД 40-93 17.06. 2019

На основание чл. 22, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 110, ал.1, т.2 и чл. 108, т.4 от Закона за обществените поръчки и като взех предвид протокола от работата на комисията и утвърдения доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП за работата на Комисията, назначена със Заповед № РД 40-47/02.04.2019г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - проф. дфн Анастас Георгиев Герджиков за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет “Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура за оборудване на лаборатория по оценка на безопасността на продуктите във Факултет по Химия и Фармация на СУ "Св. Климент Охридски", по Проект BG05M2OP001-1.002-0012”, открита с Решение № РД-40-32 от 20.02.2019 г. на проф. дфн Анастас Герджиков - Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 00640-2019-0004, номер в ОВ на ЕС 2019/S 039-087465 от 25.02.2019 г., и с прогнозна стойност 33 790 (тридесет и три хиляди седемстотин и деветдесет) лева без ДДС.

Процедурата се провежда по Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

ОТСТРАНЯВАМ:

ОТ ПРОЦЕДУРАТА

1. Участника „Данс Фарма“ ЕООД

Мотиви за отстраняване на участника:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради следните съображения:

1. Участникът предлага „Гаранционен срок в месеци: 60 месеца. **Предложената гаранция е в сила, при условие, че възложителят ще осигури UPS устройства, към които ще бъдат свързани предлаганото от „Данс Фарма“ ЕООД оборудване**”.

В техническата спецификация от документацията за участие, условията, които

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Възложителят поставя за Гаранционно и сервизно обслужване са следните:

- Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки за срок съгласно неговото техническо предложение, но не по-малък от 12 месеца;
- Гаранционното обслужване трябва да включва всички разходи за транспорт, труд, резервни части, материали и др.;
- Подмяната на повредените части трябва да се извършва с нови и оригинални части (от производителя на оборудването) или еквивалентни на тях и съвместими с настоящото оборудване.

Посоченото от участника, че предложената гаранция от 60 месеца е в сила, при условие, че възложителят ще осигури UPS устройства е ново обстоятелство, допълнително въведено от участника и не съответства на предварително обявените условия на Възложителя. В проектната дейност по обществената поръчка НЕ Е предвиден бюджет за осигуряване на „изисканото“ от участника допълнително UPS оборудване и в този смисъл същото не е предмет на възлагане по настоящата обществена поръчка. В ЗОП не е налице правна възможност участника да „въвежда“ условия към изпълнението на поръчката, което само по себе си противоречи на декларираното от участника приемане клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, като част от придобилите правен стабилитет условия по процедурата.

2. Налице са съществени разлики между предоставените от Участника брошури и официалните общодостъпни каталози от сайта на производителя (BIOBASE; www.biobase.cc), които се отнасят за същите модели и марки апарати.

Откритите несъответствия между минималните изисквания на Възложителя и техническото предложение на Участника, които се установяват от официалните общодостъпни каталози от сайта на производителя са следните:

АВТОКЛАВ

Минимално техническо изискване № 6 – Възложителят изисква „*поне една въведена / включена програма за стерилизация на хранителни среди*“. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличието на програма за стерилизация на хранителни среди.

Минимално техническо изискване № 8 – Възложителят изисква „*максимално налягане при стерилизация: поне 1.5 bar*“. От официалния общодостъпен каталог на производителя е видно, че максималното налягане при стерилизация е 0.1/0.3 MPa или 1/3 bar. Не става ясно коя стойност се отнася за предложения модел автоклав. Ако се приеме по-ниската стойност от 1 bar, тя не отговаря на минималното техническо изискване на възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЛАМИНАРЕН БОКС (КАБИНЕТ)

Минимална необходима принадлежност № 2 – Възложителят изисква да има *флуоресцентна лампа*. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличието на флуоресцентна лампа, а само на LED осветление в ламинарния бокс.

CO₂ ИНКУБАТОР

Минимално техническо изискване № 4 – Възложителят изисква *„резолюция на задаваната температура в камерата: 0,1 °C или по-добра“*. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява каква е температурната резолюция, тъй като са дадени стойности само за температурната стабилност и хомогенност в камерата на инкубатора.

Минимално техническо изискване № 6 – Възложителят изисква *„температура за стерилизация на камерата: поне 80 °C“*. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличие на стерилизация на камерата при висока температура. В каталога е описано наличие само на UV лампа за стерилизация, което обаче не отговаря на изискването на Възложителя.

ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР

Минимално техническо изискване № 7 – Възложителят изисква *„автоматично промиване, разреждане, разбъркване и отпушване“*. От официалния общодостъпен каталог на производителя не се установява наличие на възможности за автоматично разреждане и разбъркване на пробата.

Участникът е променил техническите характеристики на предложените от него апарати, като същите не отговарят на действителните им производствени характеристики предоставени от производителите на съответния продукт.

ПРЕКРАТЯВАМ:


Процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП тъй като единствената подадена оферта от „Данс Фарма“ ЕООД е неподходяща.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването от участниците в процедурата.


Настоящото решение заедно с доклада на комисията да се изпратят в тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата.

Решението заедно с доклада на комисията да се публикуват в профила на купувача в деня

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

на изпращането им на участниците в процедурата на интернет адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet/1/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvane_na_proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/dostavka_instalaciya_i_puskane_v_ekspluataciya_na_aparatura_za_oborudvane_na_laboratoriya_po_ocenka_na_bezopasnostta_na_produkтите_v_v_fakultet_po_himiya_i_farmaciya_na_su_po_proekt_bg05m2op001_1_002_0012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

на основание
ЗЗЛД

проф. дфн Анастас ^{на основание} ~~ЗЗЛД~~ в Герджиков
РЕКТОР

От документа са заличени лични данни на основание ЗЗЛД във връзка с регламент ЕС 2016/679.

----- www.cufunds.bg -----

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.