

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
БЪЛГАРИЯ; СОФИЯ 1504
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" N15
ТЕЛ. 93-08; ФАКС 00359 2 /946-02-55
ТЕЛЕКС - 23 296 SUKO R BG



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
1504, SOFIA, BULGARIA
15 TZAR OSVOBODITEL BD.
TEL 93-08; FAX 00359 2/946-02-55
TELEX: 23296 SUKO R BG

ДО

участниците

в открита процедура с предмет:

„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Кл. Охридски“ по следните обособени позиции:

1. Позиция: Везни;
2. Позиция: Бъркалки;
3. Позиция: Уреди с нагриване и охлаждане;
4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение;
5. Позиция: Оптически уреди;
6. Позиция: Уреди за детекция и анализ;
7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения;
8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката”

Относно: постъпили въпроси по цитираната процедура

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в процедурата, даваме отговор на поставените въпроси:

Въпрос 1: „В техническата спецификация по обособена позиция 8, мултицет като минимално изискване е посочена функция тест на диоди и транзистори. Да разбираме ли, че желаете да има отделна функция за тест на диоди и отделна функция за тест на транзистори с необходимата приставка?“

Отговор 1: Не, не трябва да е отделна приставка.



ЗАМ. РЕКТОР:

доц. д-р Юрий Кучев