

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1504, София  
бул. „Цар Освободител“ № 15  
тел.: (02) 93 08 200  
факс: (02) 946 02 55



SOFIA UNIVERSITY  
ST. KLIMENT OHRIDSKI

1504 Sofia, Bulgaria  
15 Tsar Osvoboditel Blvd.  
Phone: +359 2 93 08 200  
Fax: +359 2 946 02 55

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат	
Изх. №	72-00-1542 / 07. 11. 2017

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по осем обособени позиции“

**Относно:** Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по осем обособени позиции

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за допълнителни разяснения по условията на горесцитираната обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения:

#### Въпрос № 1

**По Обособена позиция № 2:** Подпозиция № 3 – „Лабораторни бъркалки“ –

Споменато е само контрол и мониторинг на температура и обороти. Моля за уточнение на следните характеристики:

- магнитни бъркалки ли се има предвид?
- какъв да е температурният обхват на нагряване?
- в какъв обхват да са оборотите на разбъркване?
- какъв да е максималният обем на разбъркване?

#### Отговор № 1

**По Обособена позиция № 2:** Подпозиция № 3 - В естеството на лабораторната дейност се използват магнитни бъркалки както със, така и без нагряване. Температурата и оборотите са стандартно заложи в уредите. Участниците в процедурата следва стриктно да се придържат към изискванията на Възложителя заложи в Техническата Спецификация.

#### Въпрос № 2:

**По Обособена позиция № 2:** Подпозиция № 4 – „Бъркалки“ - магнитни бъркалки ли се има предвид?

- какъв да е температурният обхват на нагряване?

#### Отговор № 2

**По Обособена позиция № 2:** Подпозиция № 4 – изискването на Възложителя е за магнитни бъркалки. В естеството на лабораторната дейност се използват магнитни бъркалки както със, така и без нагряване. Участниците в процедурата следва стриктно да се придържат към изискванията на Възложителя заложи в Техническата Спецификация.

ПРОФ. ДОН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ  
РЕКТОР

