



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Изходящ № 72-00-63 от 10. 01. 2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОСНОВНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012 „УСТОЙЧИВО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИО РЕСУРСИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ ЗА ИНОВАТИВНИ БИОАКТИВНИ ПРОДУКТИ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕФРР за Лаборатория „In vitro размножаване“ към департамент „Аробиотехнологии”, Лаборатория „Вирусологични изследвания“, Лаборатория „Микробиологични изследвания“, Лаборатория „Клетъчна и молекулярна биология“ към департамент „Биоактивност на продукти” и общо лабораторно оборудване за Вивариум с физиологична лаборатория към департамент „Биоактивност на продукти”, включващ 13 обособени позиции.**, открита с Решение № РД 40-228 от 25.11.2019 г и изменена с Решение № РД 40-240 /11.12.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с уникален номер на поръчката в РОП 00640-2019-0040

Относно: Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОСНОВНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, ВКЛЮЧВАЩ 13 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения по условията на цитираната по-горе обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения.

Въпрос 1: В Обособена позиция № 5: Доставка на общо лабораторно оборудване, подпозиция 5.10 Диафрагмена вакуум помпа тип 1, точка 5, са посочени следните минимални технически изисквания на Възложителя:

„Компактна помпа с максимални размери (ШxГxВ): 100x18x150мм”

1. Моля да изясните какво се има предвид под ШxГxВ и по-точно параметъра Г?

----- www.eufunds.bg -----

1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

2. Няма производител който да предлага вакуум помпа с показатели дебелина или дълбочина 18 мм (1.8см). В тази връзка моля да уточните, дали ще приемете отговаряща на посочените минимални изисквания: „Компактна помпа с максимални като размери (ШхДхВ): 100x180x150мм" ?

Отговор на въпрос 1 : При изготвяне на своите предложения, участниците следва да приемат за валидно следното:

1. Изписване на максимални размери (ШхДхВ)
2. Размери Ш×Д×В (mm): 100x180x150 мм

чл.37 от ЗОП



Проф. д-р АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР