



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Изходящ № У2-00-89 от 14. 01. 2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОСНОВНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012 „УСТОЙЧИВО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИО РЕСУРСИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ ЗА ИНОВАТИВНИ БИОАКТИВНИ ПРОДУКТИ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕФРР за Лаборатория „In vitro размножаване“ към департамент „Аробиотехнологии“, Лаборатория „Вирусологични изследвания“, Лаборатория „Микробиологични изследвания“, Лаборатория „Клетъчна и молекулярна биология“ към департамент „Биоактивност на продукти“ и общо лабораторно оборудване за Вивариум с физиологична лаборатория към департамент „Биоактивност на продукти“, включващ 13 обособени позиции., открита с Решение № РД 40-228 от 25.11.2019 г и изменена с Решение № РД 40-240 /11.12.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с уникален номер на поръчката в РОП 00640-2019-0040

Относно: Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОСНОВНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, ВКЛЮЧВАЩ 13 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения по условията на цитираната по-горе обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения.

Въпрос 1: По позиция № 6 "Доставка на апаратура за молекулни анализи" в документацията за участие, раздел I е посочено:

„ т. 9. Начин на плащане



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Вариант 1 (в случай че в ценовото си предложение определеният изпълнител НЕ Е поискал авансово плащане):

Вариант 2 (в случай че в ценовото си предложение определеният изпълнител Е поискал авансово плащане: ... „

В предоставеният от Възложителя образец на ценово предложение вместо **т. 9 Начин на плащане** е посочена т. 8, а вариантите за плащане са разменени:

„Приемам(е) предложения в раздел I., т. 8., **вариант 2** от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, **че не желая да получа авансово плащане.**

или

Приемам(е) предложения в раздел I., т. 8 **вариант 1** от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, **че желая да получа аванс** в размер на% „

Молим за разяснение към текста на кой от двата документа да се придържаме при изготвянето на ценовото ни предложение.

Отговор на въпрос 1: В т. 2 от ценовото предложение следва да се посочи единствено варианта за плащане, който е избрал участника (с авансово плащане или без авансово плащане), например:

Не желая да има авансово плащане. Съгласен съм плащането да се извърши в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на представяне на фактура оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на поръчката, ведно с придружително писмо, заведени в отдел „Секретариат и деловодство“ на Възложителя.

В случай че участникът е избрал варианта за авансово плащане, в ценовото предложение следва да посочи и неговия размер, но не повече от 30 % от максималната обща стойност на договора, например:

Желая да има авансово плащане. Съгласен съм плащането да е извърши както следва:

1. авансово, в размер на% от стойността на договора, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на влизане на договора в сила срещу представена от изпълнителя при подписване на договора гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства в размера на авансовото плащане с включен ДДС, както и фактура оригинал, заведени в деловодството на Възложителя. Направеното авансово плащане се приспада от окончателното плащане по т. 2;

2. окончателно плащане в размер на остатъка от дължимото възнаграждение (разликата между авансово платената сума и стойността на реално доставеното оборудване по договора) в срок до 30 дни след получаване от Възложителя на представените от изпълнителя коректно попълнени документи, посочени в договора - двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на поръчката, както и оригинална данъчна фактура, ведно с придружително писмо, заведени в отдел „Секретариат и деловодство“ на Възложителя.

Въпрос 2: В Раздел III Изисквания към документите и необходимите документи, т.2, подт.2.1. е записано: „Офертата се представя на български език в запечатана непрозрачна опаковка“.



Въпрос: Ще бъдат ли приети като надлежни приложените към офертата заверени копия от оригинални брошури на производителя на предлаганото оборудване, ако тези брошури са на английски език?

Отговор на въпрос 2: Съгласно чл. 101, ал. 6 от ЗОП офертите и заявленията за участие се изготвят на български език.

Въпрос 3: По Обособена позиция №5

3.1. Подпозиция 5.5 рН Метър тип 1:

Съгласно минималните технически характеристики на апаратурата, изискани от възложителя, в т.2 от подпозиция 5.5 е записано: „характеристики за измерване на проводимост“ $\pm 2000 \text{ mV}$ – така посочената характеристика се отнася за ORP потенциал, а не за проводимост.

Въпрос: С оглед използваната мерна единица “mV”, следва ли да се приеме, че минималното изискване е за ORP потенциал, а не за проводимост?

3.2. Подпозиция 5.6. рН Метър тип 2:

Съгласно минималните технически характеристики на апаратурата, изискани от възложителя, в т.2 от подпозиция 5.5 е записано: „характеристики за измерване на проводимост“ $\pm 2000 \text{ mV}$ – така посочената характеристика се отнася за ORP потенциал, а не за проводимост.

Въпрос: С оглед използваната мерна единица “mV”, следва ли да се приеме, че минималното изискване е за ORP потенциал, а не за проводимост?

3.3. Подпозиция 5.10 Диафрагмена вакуум помпа тип.1

В т.5 от подпозиция 5.10 от минималните технически характеристики на апарата е записано „компактна помпа с максимални размери (ШxГxВ): 100x18x150 мм“.

Въпрос: Що касае показателя „Г“, дали е допусната техническа грешка, като е изпусната една цифра и вместо 180 мм е записано 18 мм като максимален размер за този показател?

3.4. В Изисквания на възложителя, подлежащи на оценяване по методиката за комплексна оценка на офертите за прецизна везна за диафрагмена вакуум помпа тип 1 (стр.105 от ДУ), в изискването по показател Ф5.10.1. от функционалните изисквания към артикула е записано, че ако предлаганата диафрагмена помпа разполага със система за предпазване от контаминация с масло, това се оценява с 10т. Също с 10 точки се оценява наличието на система, осигуряваща по-дълъг живот на диафрагмата (изискване по показател Ф5.10.2.)

Въпрос: Като се има предвид, че диафрагмените помпи конструктивно и по презумпция са безмаслени и работят в безмаслена среда, моля да разясните, дали ако бъде предложена диафрагмена помпа с вграден баластен клапан, който ограничава общото замърсяване на диафрагмата на помпата и по този начин я предпазва от повреда и така обективно удължава живота на диафрагмата, тази предложена помпа ще бъде оценена с 10 т. по показател Ф5.10.1 и с 10 т. по показател Ф5.10.2?

Отговори на въпрос 3:

Отговор на въпроса по т. 3.1.: При изготвяне на своите предложения, участниците следва да приемат за валидно следното:



Вместо проводимост да се чете ORP (окислително-редукционен потенциал) - това се отнася за: стр.46, табл. 5.5, точка 2.

Отговор на въпроса по т. 3.2.: При изготвяне на своите предложения, участниците следва да приемат за валидно следното:

Вместо проводимост да се чете ORP (окислително-редукционен потенциал) - това се отнася за: за стр.47, табл. 5.6, точка 2.

Отговор на въпроса по т. 3.3.: При изготвяне на своите предложения, участниците следва да приемат за валидно следното:

1. Изписване на максимални размери (ШхДхВ)
2. Размери ШхДхВ (mm): 100x180x150 мм

Отговор на въпроса по т. 3.4.: При изготвяне на своите предложения, участниците следва да се съобразят с посочено в Документацията на Възложителя, част V „КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“, таблица „ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ДИАФРАГМЕНА ВАКУУМ ПОМПА ТИП 1“, стр. 104, ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ включват: Ф5.10.1 Система за предпазване на пробите от контаминация с масло; Ф5.10.2 Система осигуряваща по-дълъг живот на диафрагмата.

Въпрос 4: В Документация, публикувана на 28.11.2019г, за участие, Раздел III: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ , т.3.5.3 Оторизационно писмо от производителя или негов представител, че участника има право да извършва гаранционно обслужване на съответния продукт на територията на Република България, Възложителят изисква документа като приложение към Техническо предложение.

Публикува се РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ С номер: РД 40-240, в което са упоменати четири точки, в които ще бъдат извършени промени в Документацията за обществената поръчка, както следва:

1. В Техническите изисквания за обособена позиция №9;
2. В Методика за оценка на офертите за обособена позиция №7;
3. В Методика за оценка на офертите за обособена позиция №9;
4. В Образецът „предложение за изпълнение на поръчката" за обособена позиция № 6 и 9;

В Коригирана документация, публикувана в профила на купувача на 16.12.2019г, в Раздел III: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, липсва текст, който да изисква Оторизационно писмо от производителя или негов представител, че участника има право да извършва гаранционно обслужване на съответния продукт на територията на Република България.

Моля за потвърждение от страна на Възложителя, че за верен се приема текста на Коригирана документация, публикувана в профила на купувача на 16.12.2019г, в който липсва текст, за изискване на Оторизационно писмо от производителя или негов представител, че



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

участника има право да извърши гаранционно обслужване на съответния продукт на територията на Република България и такъв документ няма да се изисква от участниците.

Отговор на въпрос 4: На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП са направени промени в условията на процедурата. Актуалната документация е публикувана на профила на купувача на възложителя в нея са посочени всички условия и изисквания по процедурата.

Въпрос 5: В Документацията, Раздел IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, Относно обособена позиция 4

4.2. КАМЕРЕН СТЕРИЛИЗАТОР ЗА МИКРО ПЛАКИ –

Възложителя иска апарат с минимум 2 бр. UV лампи с мощност 10-15 W, същият ще приемем ли модел с 5 бр. Лампи, като всяка от тях е с мощност 8W.

Отговор на въпрос 5: При изготвяне на своите предложения, участниците следва да се съобразят с посочено в Документацията на Възложителя, описани на стр. 40, табл. 4.2, точка 3, към минималните технически изисквания за Камерен стерилизатор за микроплаки, където е посочено: „Окомплектован най-малко с две лампи с мощност 10-15 W, работещи в интервала 250- 260 nm;“.

чл.37 от ЗОП

Проф. д-р АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР