

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
БЪЛГАРИЯ; СОФИЯ 1504
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" N15
ТЕЛ. 93-08; ФАКС 00359 2 /946-02-55
ТЕЛЕКС - 23 296 SUKO R BG



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
1504, SOFIA, BULGARIA
15 TZAR OSVOBODITEL BD.
TEL 93-08; FAX 00359 2/946-02-55
TELEX: 23296 SUKO R BG

Изм. № 72-00-167 / 25. 07. 2014 Г

**ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Относно: постъпили запитвания по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 72-00-116/17.02.2014 г. с предмет: „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за съхранение и обработка на археологически артефакти за нуждите на Лабораторията по консервация и реставрация на Междууниверситетския център по археометрия във Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Благодарим за проявения интерес към обявената от СУ „Св. Климент Охридски“ обществена поръчка, възлагана чрез публична покана!

Въз основа на получени въпроси, уточняваме следното:

ВЪПРОС 1: Каква е дълбочината на полиците на едностранните статични модули?

ОТГОВОР 1: Дълбочината на полиците на едностранните статични модули е 400 мм.

ВЪПРОС 2: Каква е дълбочината на полиците на двустранните статични модули?

ОТГОВОР 2: Дълбочината на полиците на двустранните статични модули е 800 мм, т.е. двойна на тази на едностранните.

ВЪПРОС 3: Колко броя са рафтовете на металните шкафове?

ОТГОВОР 3: Броят на рафтовете на металните шкафове е 5.

ВЪПРОС 4: Каква е дълбочината двустранните мобилни модули

ОТГОВОР 4: Дълбочината на двустранните мобилни модули е 800 мм.

Обръщаме внимание на следното: допустимата височина на специализираното оборудване, считано от пода, е 2350 мм, като се допуска отклонение +/- 10 мм


РЕКТОР
НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
/проф. дин. Иван Илчев/

