



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ”, включваща 8 обособени позиции, за нуждите на ЦК, изграждан по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР.

Технически изисквания за обособена позиция № 4 – Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение, **включваща 1 номенклатурна единица:**

Таблица 4.1. Минимални технически изисквания за метаболитна клетка – 6 бр.

- (1) Горна камера за пребиваване на животното от гладък и устойчив на гризване материал.
- (2) Отделения за събиране на изпражненията и урината.
- (3) Ефективно разделяне на изпражненията и урината.
- (4) Обслужване с минимално обезпокояване на тестваното животно.
- (5) Размери на горната камера:
За единична мишка – площ до 250 cm²; вътрешна височина до 13 cm; 2 бр.
За плъх с телесна маса 150-300 g – площ от 300 cm² до 350 cm²; вътрешна височина от 13 cm до 14 cm; 2 бр.
За плъх с телесна маса над 300 g – площ от 400 cm² до 500 cm²; вътрешна височина от 14 до 18 cm; 2 бр.
- (6) Инсталиране, обучение и гаранционна поддръжка:
 - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;
 - обучение за работа и за рутинна поддръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;
 - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него.

Минимални необходими принадлежности:

- (1) Стойка за клетка – 4 бр