



## РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител

№ РД 40-214 / 04.11.2019

| 1

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и след получаване на Доклад и Протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 40-175/ 10.09.2019 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ - проф. д.ф.н. Анастас Георгиев Герджиков за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012“, открита с Решение № РД- РД 40-107/ 26.06.2019 г. на проф. д.ф.н. Анастас Герджиков - Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ с уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 00640-2019-0015, номер в ОВ на ЕС 2019/S 124-302345 от 01.07.2019 г., и прогнозна стойност 1 921 140 (един милион деветстотин двадесет и една хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС.

## РЕШИХ:

I. Обявявам класирането на участниците в проведената открита процедура с предмет: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на много-функционална апаратура за рентгеново разсейване във Факултета по Химия и Фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012“, както следва:

**Първо място: „Xenocs“ SAS с комплексната оценка от 90 точки**

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка следния участник, с когото да бъде сключен договор за обществена поръчка:

На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място „Xenocs“ SAS

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----



### **Мотиви:**

Класираният на първо място участник отговаря на предварително обявените изисквания за лично състояние, класиран е на първо място и е получил най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

| 2

**III. ОТСТРАНЯВАМ** от участие в процедурата участника „Пролаб Инструментс“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП поради обстоятелството, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

### **Мотиви:**

Техническото предложение на участника „Пролаб Инструментс“ ЕООД за изпълнение на обществената поръчка **НЕ отговаря на минималните изисквания на Възложителя**, утвърдени с решението за откриване на процедурата, а именно:

*Никъде в предложението за изпълнение не е изрично посочено, че предлаганият източник MetalJet осигурява **In Ka** лъчение с максимален поток при пробата поне  $1 \times 10^7$  ph/s (фотона за секунда). Последното е минимално (задължително) изискване от документацията на Възложителя. Участникът е предложил източник MetalJet, който бива няколко модела: C2, D2+ (70 kV) и D2+ (160 kV), както е видно от <https://www.excillum.com/products/>, като никъде в предложението за изпълнение не е отбелязал кой модел ще предостави. От своя страна, източникът MetalJet използва различни течни аноди, които представляват сплави на Ga и In. Никъде в предложението за изпълнение не е написано от коя сплав ще е направен анодът. Моделът на източника и сплава на анода определят вида и потока на рентгеновото лъчение, но дори Комисията да разполага с тази информация не би могла да определи какъв ще е потока при пробата за **In Ka** лъчение, поради което няма как да направи констатация, че предлаганата конфигурация удовлетворява първото минимално техническо изискване на Възложителя.*

Комисията счита, че чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал.13 от ППЗОП не могат да се приложат, тъй като проверката и разясненията ще доведат до промени в техническото предложение на участника, както и в точките, които участникът би получил за степен на съответствие.

На основание гореизложеното, Комисията единодушно счита, че техническото предложение на участника „Пролаб Инструментс“ ЕООД **НЕ отговаря** на предварително обявените



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

задължителни изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в техническата спецификация и в документацията за участие. От участника не е спазено изискването на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно който при изготвяне на заявления за участие или оферти всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

13

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да бъде изпратено на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, решението да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на СУ „Св. Климент Охридски“ на интернет страницата в деня на изпращането му на участниците.

[https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet/t/administraciya/otdel\\_obschestveni\\_por\\_chki/profil\\_na\\_kupuvacha/proceduri\\_sled\\_15\\_04\\_2016g/otkriti\\_proceduri/dostavka\\_instalaciya\\_i\\_v\\_vezhdane\\_v\\_eksplloataciya\\_na\\_mnogo\\_funkcionalna\\_aparatura\\_za\\_rentgenovo\\_razsejvane](https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet/t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/dostavka_instalaciya_i_v_vezhdane_v_eksplloataciya_na_mnogo_funkcionalna_aparatura_za_rentgenovo_razsejvane)

VI. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“**

на основание  
чл. 36а, ал. 3 ЗОП  
във вр. ЗЗЛД  
проф. д-р Анастас Герджиков  
РЕКТОР

От документа са заличени лични данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД във връзка с регламент ЕС 2016/679.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)