



ПРОТОКОЛ

На 25.08.2020 г. от 11:00 часа в кабинет 20 на Ректората комисия, назначена със Заповед № РД 40-203/ 25.08.2020 г. на Ректора на Софийския университет за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал.4 от ЗОП, с изх. № 72-00-1496/ 12.08.2020 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/24.04.2018 г., РС № 80-09-93/24.04.2018 г., РС № 80-09-94 /24.04.2018 г., РС № 80-09-95/24.04.2018 г., РС № 80-09-96/24.04.2018 г., РС № 80-09-97/24.04.2018 г. РС № 80-09-101/04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

Обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане;

Обособена позиция 6 – Уреди за детекция и анализ,

в състав Председател: доц. Дияна Николова – ръководител на работен пакет в проект ННП „Здравословни храни за силна био икономика и качество на живот“ в катедра Биотехнологии на Биологическия факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Членове:

1. Димитринка Дюлгерска– юристконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ се събра, за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в цитираната процедура.

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше подписан от приемащото и предаващото лице.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със заповед № РД 40-203/ 25.08.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор

На публичната част от заседанието на Комисията, не присъстваха представители лица от кръга на правните субекти, на които чл. 54, ал. 1 от ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП.

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 24.08.2020 г.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ са постъпили оферти за участие във вътрешния

конкурентен избор, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1.	72-00-1556/ 21.08.2020 г., 14:20 ч.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	3 и 6
2.	72-00-1559/ 24.08.2020 г., 09:31 ч.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	3

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки с офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Председателят оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 6
„БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-1556/ 21.08.2020 г.	4 500,00 лв. без ДДС	6 020,00 лв. без ДДС
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с оферта 72-00-1559/ 24.08.2020 г.	2 484,00 лв. без ДДС	Не участва

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 25.08.2020 г. от 14:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

На 25.08.2020 г. от 14:00 ч. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

Председател: доц. Диляна Николова – ръководител на работен пакет в проект ННП „Здравословни храни за силна био икономика и качество на живот“ в катедра Биотехнологии на Биологическия факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Членове:

1. Димитринка Дюлгерска – юристконсулт в отдел „Обществени поръчки“;

2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците техническо и ценово предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането приоритетността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагриване и охлаждане

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил Хладилник марка BOSCH Модел KGV39VW31 – с гаранционен срок – 24 месеца.

След обстойно и внимателно разглеждане на техническата спецификация на предложени уред, посочена в техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия и реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил Хладилник марка LIEBHERR Модел CN 4813 – с гаранционен срок – 24 месеца.

След обстойно и внимателно разглеждане на техническата спецификация на предложени уред, посочена в техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия и реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

По обособена позиция 6 – Уреди за детекция и анализ

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 6 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2, съдържа таблица с описание на техническите параметри, но само на една от конфигурациите от обособената позиция, а именно на конфигурация „Спектрометър UV/Vis“, липсва описание на техническите параметри на конфигурация „Лабораторен Спектрофотометър“.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че представеното от „БИОСИСТЕМИ“ ООД предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 6 е непълно, поради което представената оферта не отговаря на предварително обявените условия в покана № 72-00-1496 от 12.08.2020 г. на Възложителя.

С оглед изложеното и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП, комисията взе единодушно мотивирано решение участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1556/ 21.08.2020 г. да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 6 – Уреди за детекция и анализ“, тъй като представеното предложение за изпълнение е непълно, липсва описание на параметрите на конфигурация „Спектрометър UV/Vis“, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията продължи работата си по оценка и класиране на офертите на допуснатите участници.

Комисията пристъпи към проверка за пълнота и съответствие на „Ценовите предложения“ на допуснатите участници по обособени позиции и констатира следното:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане

1. Ценовото предложение на участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4-1.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената стойност 4 500,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 от „БИОСИСТЕМИ“ ООД надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие.

Съгласно т. 2 от покана изх. № 72-00-1496/ 12.08.2020 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 3 е 2 523,00 лв. без ДДС

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че Ценовото предложение на участника по обособени позиция № 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“ не е съобразено с обявената от възложителя прогнозна стойност и на основание чл. 107, т. 2., б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. Ценовото предложение на допуснатия участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4-1.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената общата стойност 2 484,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-00-1492/ 12.08.2020 г. и реши да допусне участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията продължи работата си, като извърши оценка и класиране на участниците съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочен в поканата.

С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 3 от поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията предлага **КЛАСИРАНЕ** по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане

I-во място: „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с предложена обща цена **2 484,00 лв. без ДДС**

В съответствие с изискванията на т. 8.8 от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертата на класирания участник и установи следното:

Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е заявил, че няма промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен към офертата, с която е участвал в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения и е декларирал липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП като е приложил към офертата си декларация от лицето по чл. 54, ал.2 от ЗОП, по образец № 2 на Възложителя.

Въз основа на така направените изводи, отразени в настоящия протокол комисията реши да предложи на възложителя следното:

1. Въз основа на посоченото класиране, съгласно избрания критерий „най-ниска цена“ комисията предлага да бъде сключен договор с класирания на първо място участник по обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

2. На основание чл. 107. т. 2. буква „а“ от ЗОП да отстрани от участие в процедурата:

по обособена позиция 3 – Уреди за нагряване и охлаждане участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД с оферта 72-00-1556/ 21.08.2020 г.

Мотиви:

Представеното от участника ценово предложение по обособена позиция № 3 „Уреди за нагряване и охлаждане“ не е съобразено с обявената от възложителя прогнозна стойност, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

по обособена позиция 6 – Уреди за детекция и анализ участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД
с оферта 72-00-1556/ 21.08.2020 г

Мотиви:

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 6 – Уреди за детекция и анализ е непълно, липсва описание на параметрите на конфигурация „Спектрометър UV/Vis“, което прави офертата, неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

3. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП да прекрати процедурата по: обособена позиция № 6 – Уреди за детекция и анализ“, тъй като единствената подадена оферта е неподходяща.

Настоящият протокол се подписа на 27.08.2020 г. от всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и се предава ведно с изготвения на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП доклад за резултатите от работата си на Възложителя.

Комисия в състав:

доц. Диляна Николова

на основание

чл. 37 от ЗОП

във вр. 33ЛД

Димитринка Дюлгерска

на основание

чл. 37 от ЗОП

във вр. 33ЛД

Бистра Петрова

От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП