

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
БЪЛГАРИЯ; СОФИЯ 1504
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" N 15
ТЕЛ. 93-08: ФАКС 00359 2 / 946-02-55
ТЕЛЕКС - 23 296 SUKO R BG



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
1504, SOFIA, BULGARIA
15 TZAR OSVOBODITEL BD.
TEL 93-08, FAX 00359 2 / 946-02-55
TELEX: 23296 SUKO R BG
ИЗХ № 72-00-612 / 01.09.2001
"Софийски Университет 'Св. Климент Охридски' - Ректорат

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

в процедура за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на уред за измерване и анализ на артефакти“

Относно: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане с предмет: „Доставка на уред за измерване и анализ на артефакти“

Във връзка с поставени въпроси от участниците в обществената поръчка, Възложителят дава следните

РАЗЯСНЕНИЯ

Въпрос 1

„В раздел VI - Техническите спецификации, т.1 Технически характеристики на уреда, има изискване за тегло на уреда, а именно „Тегло на прибора 1,5 кг или по-лек, включващо 1 бр. батерия“.

Приборите, които ние може да предложим са с тегло 1,6 кг или 1,9 кг, поради по-високи мерки за безопасност на работещият с тях. Материалите, които предпазват от облъчване, работещия с рентгеновите апарати, утежняват тяхната конструкция. Утежнението е между 100 и 400 гр, което не е значително и по никакъв начин не влияе върху използването на апаратурата. Теглото на апарата не влошава техническите характеристики, а напротив, подобрява безопасността при използване и намалява облъчването на работещите с този XRF.

Според нас, тегло на прибора не е техническа характеристика, тъй като не влияе върху измерващия метод, получените резултати, тяхната точност и автентичност.

Въпросът ни е, дали ще допуснете до участие апарати, които са с тегло 1,6 кг и 1,9 кг?“

Отговор 1

В раздел VI „Технически спецификации“ от документацията, Възложителят е поставил минимални изисквания на които следва да отговаря уредът за измерване и анализ на артефакти, т.е.: - „Тегло на прибора 1.5 кг или по-лек, включващо 1 бр. батерия“

Участници, на които техническите предложения не отговарят на минималните изисквания на Възложителя се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата, съгласно изискванията посочени в Раздел III, т.13 „Оценка на техническите и ценови предложения“ от документацията.

.....
проф. д-р Анастас Герджиков
РЕКТОР

