



## ПРОТОКОЛ

На 30.08.2018 г. от 14:00 часа в кабинет 20 на Ректората комисия, назначена със Заповед № РД 40-137/ 30.08.2018 г. на Ректора на Софийския университет за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал.4 от ЗОП, с изх. № 72-00-1624/ 17.08.2018 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-93/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-94 / 24.04.2018 г., РС № 80-09-95/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-96/ 24.04.2018 г., РС № 80-09-97/ 24.04.2018 г. РС № 80-09-101/ 04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/ 11.05.2018 г., с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:

*Обособена позиция 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“;*

*Обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“.*

### **в състав**

**Председател:** Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;

### **Членове:**

1. Ростислава Куцарова– специалист в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра, за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в цитираната процедура.

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше подписан от приемащото и предаващото лице.

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 29.08.2018 г.) в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ са постъпили 3 оферти за участие във вътрешния конкурентен избор, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както следва:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1	72-00-1656/ 28.08.2018 г., 12:38 ч.	„ЛАБТЕХ“ ЕООД	3
2	72-00-1660/ 29.08.2018 г., 12:10 ч.	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	3 и 4
3	72-00-1062/ 29.08.2018 г., 13:29 ч.	„БИОСИСТЕМИ“ ООД	3 и 4

След като се запознах със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със заповед № РД 40-137/ 30.08.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния конкурентен избор.

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците в процедурата както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори запечатаните непрозрачни опаковки с офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

Председателят на комисията оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 4
„ЛАБТЕХ“ ЕООД	2 620, 00 лв. без ДДС	<i>не участва</i>
„БИОПЛАСТ“ ЕООД	4 010, 00 лв. без ДДС	2 020,00 лв. без ДДС
„БИОСИСТЕМИ“ ООД	12 000,00 лв. без ДДС	7 850,00 лв. без ДДС

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 11.09.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на участниците.

\*\*\*

На 11.09.2018 г. от 14:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисия в състав:

**Председател:** Николина Вълканова – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“;

**Членове:**

1. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“;
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, като извърши оценката на представените от участниците техническо и ценово предложения съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

Комисията след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението на поръчката от поканата на възложителя, пристъпи към разглеждане на „*Техническите предложения*“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

### **По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“**

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „ЛАБТЕХ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошура от производителя, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 3.

Участникът е предложил Водна баня - GFLGmbH и Пясъчна баня – Роботика.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното лабораторно оборудване отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия.

С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „ЛАБТЕХ“ ЕООД.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 3. Участникът е предложил Водна баня - Viobase и Пясъчна баня FALK.

След извършената проверка и анализ на параметрите на оборудването, заложен в „Техническата спецификация“ по обособена позиция 3 комисията констатира следните несъответствия:

- предложеното от участника оборудване „Водна баня“ от обособена позиция 3 **не отговаря** на зададените в „Техническата спецификация“ параметри  $\emptyset$  на гнездата и размери  $W \times D \times H$

Участникът „БИОПЛАСТ“ ЕООД е предложил  $\emptyset$  на гнездата - 90 мм и размери  $W \times D \times H$  - 750x360x160мм при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя,  $\emptyset$  на гнездата – 110 мм и размери  $W \times D \times H$  – 670x300x155мм.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че параметрите на предлаганото от участника оборудване „Водна баня“ от обособена позиция 3 не съответства на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОПЛАСТ“ ООД, с оферта 72-00-1660/ 29.08.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 3 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-1 и съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването от обособената позиция 3. Участникът е предложил Водна баня – SUB qua Pro и Пясъчна баня SOD.

След извършената проверка и анализ на параметрите на оборудването, заложен в „Техническата спецификация“ по обособена позиция 3 комисията констатира следните несъответствия:

- предложеното от участника оборудване от обособена позиция 3 **не отговаря** на зададените в „Техническата спецификация“ изисквания за „Водна баня“ - *подходяща за работа с киселини* и  $\emptyset$  на гнездата – 110 мм и за „Пясъчна баня“ - *подходяща за работа с киселини и температурен обхват - 50°C - 350°C.*

Несъответствията са както следва:

Изисквания на възложителя	Предложение на участника БИОСИСТЕМИ ООД
Водна баня с характеристики: - подходяща за работа с киселини;	Водна баня модел SUB Aqua Pro - няма данни

- Ø на гнездата – 110 мм	- Ø на гнездата – няма данни
Пясъчна баня с характеристики: - подходяща за работа с киселини; - температурен обхват - 50°C - 350°C	Пясъчна баня със следните характеристики - няма данни - температурен обхват - 100°C - 370°C

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че предложението за изпълнение на участника БИОСИСТЕМИ ООД е непълно, както и предложените параметри на предлаганото оборудване от обособената позиция не съответстват на заложените от възложителя технически параметри и на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1369/ 16.07.2018 г, да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3 „ Уреди с нагряване и охлаждане“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

#### **По обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“**

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОПЛАСТ“ ЕООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4, което и е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошури от производителите, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 4.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното от „БИОПЛАСТ“ ЕООД, лабораторно оборудване по обособена позиция 4 отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД.

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4, което и е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 3-2, съдържа таблица с описание на параметрите на оборудването, както и брошури от производителите, с описание и технически параметри на предлаганото оборудване от обособена позиция 4.

След извършената проверка и анализ на представените документи комисията констатира, че предложеното от „БИОСИСТЕМИ“ ООД, лабораторно оборудване по обособена позиция 4 отговаря на заложеното в „Техническата спецификация“ от поканата на Възложителя. Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД.

Въз основа на така направените констатации и изводи, отразени в настоящия протокол комисията единодушно реши да пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници по обособени позиции както следва:

#### **По обособена позиция 3. „Уреди с нагряване и охлаждане“**

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценовото предложение“, съдържащо единични цени и обща цена. Ценовото предложение на участника „ЛАБТЕХ“ ЕООД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4-1.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената стойност 2 620, 00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 3 от „ЛАБТЕХ“ ЕООД не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие. Съгласно т. 2.1.4 от покана изх. № 72-00-1624/ 17.08.2018 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 3 е 3 166,00 лв. без ДДС

Проверка на ценовите предложения, за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не бе извършвана, предвид отстраняването на останалите участници по обособената позиция.

#### По обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценовото предложение“, съдържащо единични цени и обща цена. Ценовото предложение на участника „БИОПЛАСТ“ ЕООД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4-2.

След извършения преглед на ценовото предложение комисията установи, че предложената стойност 2 020,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 от „БИОПЛАСТ“ ЕООД не надвишава прогнозната стойност, посочена в поканата за участие. Съгласно т. 2.2.4 от покана изх. № 72-00-1624/ 17.08.2018 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 4 е 2 450,00 лв. без ДДС

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“, съдържащо единични цени и обща цена. Ценовото предложение на участника „БИОСИСТЕМИ“ ООД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 4-2.

След извършения преглед на ценовите предложения комисията установи, че предложената стойност 7 850,00 лв. без ДДС за изпълнение на поръчката от „БИОСИСТЕМИ“ ООД надвишава прогнозната стойност, посочена в 2.2.4 от покана изх. № 72-00-1624/ 17.08.2018 г. към изпълнителите по Рамкови споразумения, която е 2 450,00 лв. без ДДС.

С оглед изложеното, комисията взе единодушно мотивирано решение, че Ценовото предложение на участника по обособени позиция № 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“ не е съобразено с обявената от възложителя прогнозна стойност и на основание чл. 107, т. 2., б. „а“ от ЗОП предлага участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Проверка на ценовите предложения, за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не бе извършвана, предвид участието само на един участник по обособената позиция.

Комисията продължи работата си, като извърши оценка и класиране на участниците съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в поканата.

С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 4 от поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията предлага **КЛАСИРАНЕ** по обособени позиции както следва:

*по обособена позиция № 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“:*

**I-во място:** „ЛАБТЕХ“ ЕООД с предложена обща цена **2 620. 00 лв. без ДДС**

*по обособена позиция № 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“:*

**I-во място:** „БИОПЛАСТ“ ЕООД с предложена обща цена **2 020. 00 лв. без ДДС.**

В съответствие с изискванията на т. 9.7 от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертите на класираните участници и установи следното:

Участниците са заявили, че нямат промяна в обстоятелствата в ЕЕДОП, приложен към офертата, с която са участвали в открита процедура за сключване на рамкови споразумения и са декларирали липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП в декларация по образец № 2 на Възложителя.

С оглед изложеното и въз основа на посоченото класиране, съгласно избрания критерий „най-ниска цена“ комисията предлага да бъдат сключени договори с класираните на първо място участници както следва:

*по обособена позиция № 3, Уреди с нагриване и охлаждане“*

**„ЛАБТЕХ“ ЕООД,**

*по обособена позиция № 4, „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“*

**„БИОПЛАСТ“ ЕООД.**

Въз основа на така направените изводи, отразени в настоящия протокол комисията предлага на възложителя на основание чл. 107. т. 2. б. „а“ от ЗОП да отстрани от участие в процедурата по съответните обособени позиции следните участници:

„БИОПЛАСТ“ ЕООД, с оферта 72-00-1660/ 29.08.2018 г. - по обособена позиция № 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“

*Мотиви: Параметрите на предлаганата от участника „Водна баня“ от обособената позиция не съответстват на заложените от възложителя технически характеристики, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.*

„БИОСИСТЕМИ“ ООД, с оферта 72-00-1662/ 29.08.2018 г. - по обособена позиция № 3. „Уреди с нагриване и охлаждане“ и обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

*Мотиви: Предложението за изпълнение по обособена позиция 3 е непълно, предложените от участника параметри на „Водна баня“ и „Пясъчна баня“ от обособената позиция не съответстват на заложените от възложителя технически характеристики, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.*

*Ценовото предложение на участника по обособена позиция 4. „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“ надвишава предварително обявената прогнозна стойност, което прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката*

Комисията взе решение да изготви доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на възложителя за утвърждаване.

С извършване на описаните по-горе действия Комисията приключи своята работа.

Настоящият протокол се изготви и подписа на 12.09.2018 г.

**Комисия в състав:**  
Николина Вълканова

Ростислава Куцарова

Бистра Петрова

*От документа са заличени лични данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.*

.....  
**чл. 2 ЗЗЛД** .....

.....  
**чл. 2 ЗЗЛД** .....