



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет:

**„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ”,** включваща 8 обособени позиции, за нуждите на ЦК, изграждан по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР.

**Технически изисквания за обособена позиция № 1** – Оборудване за работа с лабораторни животни, включваща 3 номенклатурни единици:

**Таблица 1.1.** Минимални технически изисквания за холдер за гризачи – 8 бр.

Плоскодънен холдер за гризачи:

- (1) Регулируема част към опашката за сигурно придържане на животното.
- (2) Размери:
  - За гризачи с телесна маса 15-30 g – 1 бр.
  - За гризачи с телесна маса 30-125 g – 1 бр.
  - За гризачи с телесна маса 125-250 g – 1 бр.
  - За гризачи с телесна маса 250-500 g – 1 бр.

Цилиндричен холдер за гризачи:

- (3) Регулируема част към носа за сигурно придържане на животното.
  - (4) Коничен връх към носа за ограничение на дъвченето.
  - (5) Размери:
    - За гризачи с телесна маса 15-30 g, плосък връх – 1 бр.
    - За гризачи с телесна маса 30-125 g, плосък връх – 1 бр.
    - За гризачи с телесна маса 125-250 g, коничен връх – 1 бр.
    - За гризачи с телесна маса 250-500 g, коничен връх – 1 бр.
  - (6) Инсталиране, обучение и гаранционна поддръжка:
    - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;
    - обучение за работа и за рутинна поддръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;
    - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.
- Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него.

**Таблица 1.2.** Минимални технически изисквания за гилотина за гризачи – 1 бр.

- (1) Подходяща плъхове и мишки.



- (2) Размер на страната на отвора – не по-малко от 4 cm и не повече от 6 cm.
- (3) Размери на основата – не по-малко от 18/11 cm и не повече от 26/13 cm.
- (4) Височина – не по-малко от 18 cm и не повече от 26 cm.
- (5) Лесна подмяна на остриетата.
- (6) Инсталиране, обучение и гаранционна поддръжка:
  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;
  - обучение за работа и за рутинна поддръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;
  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него.

**Таблица 1.3.** Минимални технически изисквания за изолатор – 2 бр.

- (1) Размери минимум: ШхДхВ/50х40х40 cm.
- (2) PVC конструкция.
- (3) Оборудван с латексови ръкавици с размер L.
- (4) Инсталиране, обучение и гаранционна поддръжка:
  - инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя;
  - обучение за работа и за рутинна поддръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа на български или английски език;
  - гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, включваща всички резервни части и труд.Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него.