



## ПРОТОКОЛ №2

от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: **„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ“** по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), включваща 8 обособени позиции, открита с Решение № РД-40-34/ 24.02.2020 г. и изменена с Решение № РД-40-55 от 06.03.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ с уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 00640-2020-0008.

Състав на комисията:

Председател: доц. Мариела Чичова – ръководител на лаборатория по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”

Членове:

1. Ивайло Стоянов – юрист по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”
2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед РД-40-71/ 01.04.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” – проф. д.ф.н. Анастас Георгиев Герджиков, на закрито заседание на 11.05.2020 г. в 11:00 часа, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в техническия офис на проекта, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 8.

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с Протокол № 1 непълноти и несъответствия на информацията в офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници.

На свои предходни заседания Комисията установи несъответствие или липса на информация по отношение на изискванията към личното състояние и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 9 от ППЗОП, състави Протокол № 1, в който подробно са описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е публикуван на Профила на купувача на Възложителя, и изпратен на участниците



в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участниците са представили допълнителни документи както следва:

№ по ред	Име на участника	Допълнително представени документи вх.№, дата
1	„ЛАБКО“Е ООД	72-00-800/ 08.05.2020 г.

| 2

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи относно съответствието на им с изискванията към личното състояние.

## **I. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертите на участниците:**

### **1. „ЛАБКО“ ЕООД, ЕИК 130344143:**

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1. В законоустановения срок, с писмо с вх. № 72-00-800/08.05.2020 г., участникът е представил следните допълнителни документи:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител за обособена позиция № 4 „Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение”;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител за обособена позиция № 7 „Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи”;
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител за обособена позиция № 8 „Оборудване за миографски изследвания”.

#### Обособена позиция № 4 „Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение“

Комисията, след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние.

С оглед на горното, Комисията, на основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане офертата на участника „ЛАБКО“ ЕООД, ЕИК 130344143, за обособена позиция №4 „Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение“, поради наличието на съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.



Обособена позиция № 7 „Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи”

Комисията, след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние.

С оглед на горното, Комисията, на основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане офертата на участника „ЛАБКО“ ЕООД, ЕИК 130344143, за обособена позиция № 7 „Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи”, поради наличието на съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.

Обособена позиция № 8 „Оборудване за миографски изследвания”

Комисията, след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние.

С оглед на горното, Комисията, на основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане офертата на участника „ЛАБКО“ ЕООД, ЕИК 130344143 за обособена позиция № 8 „Оборудване за миографски изследвания”, поради наличието на съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.

Комисията приключи своята работа на 11.05.2020 г. в 12:00 ч.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа по разглеждане и оценка на техническите предложения в закрити заседания, проведени онлайн чрез видеовръзка на 14.05.2020 г., 15.05.2020 г., 19.05.2020 г. и 21.05.2020 г. съгласно чл. 7, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Заповед № РД-19-172/07.05.2020 г. на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ във връзка с извънредното положение.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците, прилагайки критерия за оценка „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, обявен в одобрената от Възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка, спазвайки следната процедурна последователност:

➤ Разглеждане на Техническите предложения на участниците и проверка за съответствие с изискванията на възложителя за изготвянето им. На този етап комисията следва



да провери дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с поставените минимални изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, посочени в Част IV „Изисквания към изпълнението на поръчката. Технически спецификации“ от документацията за участие.

➤ Оценка на предложенията на допуснатите участници според изискванията на Възложителя по показателя „Степен на съответствие“ съгласно методиката, описана в документацията на Възложителя.

Комисията, след като се запозна подробно с поставените изисквания към изпълнението на поръчката от документацията на Възложителя, пристъпи към разглеждане на „Техническите предложения“ на участниците по обособени позиции, следвайки при разглеждането поредността на първоначално подадените опаковки с оферти.

Комисията сравни и провери подробно съответствието с минималните изисквания за всеки тип апарат по всяка обособена позиция съгласно описаните в т. IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ от публикуваната документация. В случай, че участник е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя и действащото законодателство, той се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка по показател „Степен на съответствие“ и класиране.

При установяване на съответствие с минималните изисквания за всеки тип апарат по съответната обособена позиция комисията пристъпва към проверка и оценяване на предложенията съобразно изискванията на Възложителя по показател „Степен на съответствие“ съгласно следната методика:

*Показателят „Степен на съответствие“ (СС) с максимален брой точки 100 и относително тегло във формулата за комплексна оценка – 70 % (0,70), се определя чрез оценяване на техническото съответствие на всяка номенклатурна единица от съответната обособена позиция, по изискванията от Техническата спецификация със следните компоненти: Технически изисквания (Т), Функционални изисквания (Ф) и Срок на гаранционно обслужване (Г), подробно описани в документацията на обществената поръчка. Оценката се формира като сума от точките по всеки компонент по следната формула:*

$$CC = T + \Phi + \Gamma$$

*Когато в обособената позиция има повече от една номенклатурна единица, във формулата за комплексна оценка участват показателите „Степен на съответствие“ за всяка номенклатурна единица със съответното тегло, като максималното тегло на сумата им в комплексната оценка е 70% (0,70).*





## II. Степен на техническо съответствие (СС) за „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специализирано оборудване за вивариум с физиологична лаборатория към департамент „Биоактивност на продукти“:

В резултат на извършената проверка и оценяване комисията констатира следното:

### **По обособена позиция № 2: Комплексно оборудване за хематологични изследвания:**

1. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № 72-00-625/30.03.2020 г. на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД включва предложение за доставка на 2 (два) типа апарати от следните модели съгласно изискванията за включени апарати:

- 2.1. Автоматичен хематологичен анализатор – Марка URIT Medical Electronics – Китай.; Модел: URIT 5160 VET;
- 2.2. Марка Dutch Diagnostics – Холандия.; Модел DCA-1+

Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за доставка до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявка от страна на Възложителя, и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.

Приложени са брошури и извадки от ръководства за работа от производителите с превод на български език за всеки отделен тип апарат, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

По предложените от участника апарати, включени в обособена позиция **№ 2: Комплексно оборудване за хематологични изследвания**, са установени несъответствия с минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя, както следва:

- **По тип апарат 2.1. Хематологичен анализатор:** В изискванията в част Минимални необходими принадлежности на апарата е заложено: „**Вграден термален принтер**“, срещу което участникът е предложил: „**Комплект с външен принтер**“. Липсата на вграден термален принтер с възможност за включване само на външен принтер при предлагания модел апарат е установена в приложеното ръководство за работа на производителя на стр. 4 и 30 (стр. 29 и 35 от Техническото предложение, собственооръчно надписани от участника). Следователно предлаганият от участника модел на хематологичен анализатор не съответства напълно на минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията.
- **По тип апарат 2.2. Коагулометър:** В изискванията на позиция 1 е заложено: „**Ветеринарно приложение – вкл. за гризачи (мишки и плъхове)**“, срещу което участникът е предложил: „С ветеринарно приложение – автоматично изчисляване на резултатите с 2-ро, 3-то превръщане, брошура стр. 1“. В приложената брошура на производителя (стр. 43-48 от Техническото предложение, собственооръчно надписани от участника), както и в сайта на производителя (<http://www.dutch->



[diagnostics.com/en/products/coagulation](http://diagnostics.com/en/products/coagulation)) не беше намерена информация, потвърждаваща ветеринарното приложение на предлагания апарат. Следователно предлаганият от участника модел на коагулометър не съответства напълно на минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията.

- По тип апарат 2.2. Коагулометър: В изискванията на позиция 5 е заложено: „Проба свежа венозна кръв – не повече от 50 µl“, срещу което участникът е предложил: „Проба: плазма – 50 µl“. Тази несъответстваща спецификация е проверена в брошурата на производителя (стр. 43 от Техническото предложение, собственоръчно надписана от участника), където е посочен видът на пробата за предлагания апарат – плазма. Следователно предлаганият от участника модел на коагулометър не съответства напълно на минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията.

6

Съгласно описаното в документацията по обявената поръчка, се установи, че участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя по отношение на три показателя към два типа апарати, в следствие на което комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 2: Комплексно оборудване за хематологични изследвания, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед изложеното, комисията реши още да предложи на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 107 т. 2, б. „а“ от ЗОП да прекрати процедурата по обособена позиция № 2: Комплексно оборудване за хематологични изследвания, тъй като подадената единствена оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

#### **По обособена позиция № 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение:**

1. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № 72-00-633/31.03.2020 г. на участника „ЛАБКО“ ЕООД включва предложение за доставка на 1 (един) тип апарат от следните модели:

##### **4.1. Метаболитни клетки:**

за мишка; каталожен номер 41700-033 – 2 бр.;

за плъх с телесна маса 150-300 g; каталожен номер 41700-004 – 2 бр.;

за плъх с телесна маса над 300 g; каталожен номер 41700-005 – 2 бр.

Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за



изпълнение до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявка от страна на Възложителя, и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.

Приложени са извадки от каталог на производителя с превод на български език, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

Предложеният от участника апарат, включен в обособена позиция **№ 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение**, отговаря на всички минимални изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя.

След установяване на съответствието с минималните изисквания комисията направи оценка на допълнително изискуемите технически параметри, като приложи посочените в документацията на Възложителя формули както следва:

- за определена на показател „Степен на съответствие Метаболитна клетка“ (СС<sub>Метаболитна клетка</sub>) с максимален брой точки 100:

$$СС_{\text{Метаболитна клетка}} = Г4.1$$

- за определяне на комплексната оценка (КО) по обособена позиция № 4 с максимален брой точки 100:

$$КО = 0,3 \times ЦП + 0,70 \times СС_{\text{Метаболитна клетка}}$$

Поставените точки по допълнителните параметри за предлагания от фирма „ЛАБКО“ ЕООД апарат са както следва:

#### 4.1. МЕТАБОЛИТНА КЛЕТКА

ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	ТОЧКИ
Г4.1	Срок на гаранционното обслужване, ГО	Срок на гаранционното обслужване – 24 месеца, стандартна гаранция	50
<b>ОБЩО</b>			<b>50</b>

В резултат на направеното оценяване комисията постави на участника „ЛАБКО“ ЕООД по показател „СС<sub>Метаболитна клетка</sub>“ – 50 точки.

След прилагане на формулата за комплексна оценка комисията постави на участника „ЛАБКО“ ЕООД тежест на показател „Степен на съответствие“ в комплексната оценка – **35 точки** за обособена позиция **№ 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение**.

2. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № 72-00-641/31.03.2020 г. на участника „ЕЛТА 90М“ ООД включва предложение за доставка на 1 (един) тип апарат от следния модел:

4.1. Марка Tecniplast, Italy; Модели: 3600M021, 3700M071, 3701M081

Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за



изпълнение 90 (деветдесет) календарни дни и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.

Приложени са извадки от каталог на производителя с превод на български език, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

Предложеният от участника апарат, включен в обособена позиция **№ 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение**, отговаря на всички минимални изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя.

След установяване на съответствието с минималните изисквания комисията направи оценка на допълнително изискуемите технически параметри, като приложи посочените в документацията на Възложителя формули както следва:

- за определена на показател „Степен на съответствие Метаболитна клетка“ (СС<sub>Метаболитна клетка</sub>) с максимален брой точки 100:

$$СС_{\text{Метаболитна клетка}} = Г4.1$$

- за определяне на комплексната оценка (КО) по обособена позиция № 4 с максимален брой точки 100:

$$КО = 0,3 \times ЦП + 0,70 \times СС_{\text{Метаболитна клетка}}$$

Поставените точки по допълнителните параметри за предлагания от фирма „ЕЛТА 90М“ ООД апарат са както следва:

#### 4.1. МЕТАБОЛИТНА КЛЕТКА

ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	ТОЧКИ
Г4.1	Срок на гаранционното обслужване, ГО	25 месеца	100
<b>ОБЩО</b>			<b>100</b>

В резултат на направеното оценяване комисията постави на участника „ЕЛТА 90М“ ООД по показател „СС<sub>Метаболитна клетка</sub>“ – 100 точки.

След прилагане на формулата за комплексна оценка комисията постави на участника „ЕЛТА 90М“ ООД тежест на показател „Степен на съответствие“ в комплексната оценка – 70 точки за обособена позиция **№ 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение**.

#### По обособена позиция № 6: Оборудване за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни:

Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № 72-00-634/31.03.2020 г. на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД включва предложение за доставка на 2 (два) типа апарати от следните модели:

Марка BIOPAC; Модел BIOPAC Student Lab, версия BSLBIO-W





Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за доставка до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявка от страна на Възложителя, и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.

Приложени са извадки от каталог на производителя с превод на български език, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

Предложените от участника апарати, включени в обособена позиция **№ 6: Оборудване за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни**, отговарят на всички минимални изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя.

След установяване на съответствието с минималните изисквания комисията направи оценка на допълнително изискуемите технически параметри, като приложи посочените в документацията на Възложителя формули както следва:

- за определена на показател „Степен на съответствие Апарат за измерване на кръвно налягане“ (СС<sub>Кръвно налягане</sub>) с максимален брой точки 100:

$$СС_{\text{Кръвно налягане}} = \Phi 6.1.1 + \Phi 6.1.2 + \Gamma 6.1$$

- за определена на показател „Степен на съответствие Система за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни“ (СС<sub>Система</sub>) с максимален брой точки 100:

$$СС_{\text{Система}} = \Gamma 6.2.1 + \Gamma 6.2.2 + \Phi 6.2.1 + \Phi 6.2.2 + \Gamma 6.2$$

- за определяне на комплексната оценка (КО) по обособена позиция № 6 с максимален брой точки 100:

$$КО = 0,3 \times ЦП + 0,30 \times СС_{\text{Кръвно налягане}} + 0,4 \times СС_{\text{Система}}$$

Поставените точки по апарати и по допълнителни параметри за предлаганите от фирма „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД апарати са както следва:

#### 6.1. АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ОТ ОПАШКАТА

ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ			ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	ТОЧКИ
Ф6.1.1	Включени сензори за опашката	1 сензор с маншет 9,5 mm	1 сензор с маншет 9,5 mm	20
		1 сензор с маншет 13 mm	1 сензор с маншет 13 mm	20
Ф6.1.2	Включен ограничител за гризачи – размер L, за телесна маса 250-300 g	Включен ограничител за гризачи – размер L, за телесна маса 250-300 g		40
Г6.1	Срок на гаранционното обслужване, ГО	12 месеца		0
<b>ОБЩО</b>				<b>80</b>



## 6.2. СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ОТ КЛЕТКИ, ОРГАНИ И ЖИВОТНИ

ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	ТОЧКИ
T6.2.1	Аналогово-цифрова резолюция (bit)	Аналогово-цифрова резолюция (bit): 24	20
T6.2.2	Обхват на усилването, А	Обхват на усилването от 5 до 50000	20
Ф6.2.1	Отворена система, позволяваща последващо разширение с нови модули и софтуер	Отворена система, позволяваща последващо разширение с нови модули и софтуер	20
Ф6.2.2	Възможност за експортиране на резултати от софтуера към външни програми за статистически анализ и архивиране	Възможност за експортиране на резултати от софтуера към външни програми за статистически анализ и архивиране	20
Г6.2	Срок на гаранционното обслужване за електронен модул, ГО	Срок на гаранционното обслужване за електронен модул, ГО: 12 месеца	0
<b>ОБЩО</b>			<b>80</b>

В резултат на направеното оценяване комисията постави на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД по показател „ССКръвно налягане“ – 80 точки, и по показател СС<sub>Система</sub> – 80 точки.

След прилагане на формулата за комплексна оценка комисията постави на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД тежест на показател „Степен на съответствие“ в комплексната оценка – 56 точки за обособена позиция № 6: Оборудване за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни.

### По обособена позиция № 7: Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи:

1. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № 72-00-633/31.03.2020 г. на участника „ЛАБКО“ ЕООД, включва предложение за доставка на 15 (петнадесет) типа апарати от следните модели:

Марка Ugo Basile:

- 7.1. Тредмил за малки опитни животни, каталожен номер 47302
- 7.2. Апарат ROTA-ROD за малки опитни животни, каталожен номер 47750
- 7.3. Въртящо се колело за плъхове, каталожен номер 1800
- 7.4. Апарат Hot/Cold Plate, каталожен номер 35150
- 7.5. Апарат Tail Flick, каталожен номер 37360
- 7.6. Апарат за активно избягване за плъх (каталожен номер 40500-001) със софтуер (каталожен номер 40530-010) и компютърна конфигурация
- 7.7. Лабиринт Open Field за плъхове, каталожен номер 47150



- 7.8. Воден лабиринт за мишки и плъхове (каталожен номер 40155) с платформа (каталожен номер 40100)
- 7.9. Мултифункционална клетка за активност, каталожен номер 47420, в комплект с преносим компютър
- 7.10. Аналгезиметър, каталожен номер 37215
- 7.11. Плетизмометър, каталожен номер 37140
- 7.12. Клетка за изследване на социално поведение при мишки, каталожен номер 46503
- 7.13. Камера за условно предпочитание за плъхове, каталожен номер 42552
- 7.14. Повдигнат кръстосан лабиринт за плухове, каталожен номер 40142
- 7.15. Система за видео проследяване на лабиринтни тестове, каталожен номер 60000 пакет

Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за доставка до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявка от страна на Възложителя, и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.

Приложени са извадки от каталога на производителя с превод на български език за всеки отделен тип апарат, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

По предложените от участника апарати, включени в обособена позиция **№ 7: Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи**, са установени несъответствия с минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя, както следва:

- По тип апарат 7.6. Апарат за активно избягване за плъх със софтуер и компютърна конфигурация: В изискванията в част Минимални необходими принадлежности е заложена **компютърна конфигурация, включваща настолен компютър, монитор и мултифункционално устройство**. В техническото си предложение участникът е декларирал, че ще предостави такава, но не е посочил конкретни марки и модели на изискуваните устройства, нито са приложени документи, удостоверяващи съответствието на предложенията на участника с минималните изисквания на Възложителя. От предложението на участника комисията не е в състояние еднозначно да установи, че при доставката предлаганата компютърна конфигурация ще съответства напълно на поставените минимални технически изисквания, посочени в публикуваната документация.
- По тип апарат 7.9. Мултифункционална клетка за активност в комплект с преносим компютър: В изискванията в част Минимални необходими принадлежности е заложен **преносим компютър**. В техническото си предложение участникът е декларирал, че ще предостави такъв, но не е посочил конкретна марка и модел, нито са приложени документи, удостоверяващи съответствието на предложението на участника с минималните изисквания на Възложителя. От предложението на участника комисията



не е в състояние еднозначно да установи, че при доставката предлаганият компютър ще съответства напълно на поставените минимални технически изисквания, посочени в публикуваната документация.

Съгласно описаното в документацията по обявената поръчка, се установи, че участник „ЛАБКО“ ЕООД е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя по отношение на два показателя към два типа апарати, в следствие на което комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 7: Комплексно оборудване за *in vivo* изследвания на поведение при гризачи, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

| 12

2. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № 72-00-641/31.03.2020 г. на участника „ЕЛТА 90М“ ООД, включва предложение за доставка на 15 (петнадесет) типа апарати от следните модели:

Марка Ugo Basile, Italy

Модели:

7.1 – 47302

7.2 – 47750

7.3 – 1800

7.4 – 35150

7.5 – 37360

7.6 – 40500-001; 40530-010; 40532; Acer Veriton ES2735G, AOC 24E1Q, 23.8” IPS LED,  
Lexmark MB2236adw 4in1

7.7 – 47100

7.8 – 40155; 40100

7.9 – 47420; Acer Aspire 5 A515-54G-734T

7.10 – 37215

7.11 – 37140; 7157-S; 7159-S

7.12 – 46503

7.13 – 42552

7.14 – 40142

7.15 – 6000; 47400-040

Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за доставка 90 (деветдесет) календарни дни и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.





Приложени са извадки от каталози/брошури от производителите с превод на български език за всеки отделен тип апарат, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

По предложените от участника апарати, включени в обособена позиция **№ 7: Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи**, са установени несъответствия с минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя, както следва:

- По тип апарат 7.6. Апарат за активно избягване за плъх със софтуер и компютърна конфигурация: В изискванията в част Минимални необходими принадлежности на позиция 2.2.9 е заложено „**Стойка: наклон -5°/+25°**“, срещу което участникът е посочил, че изпълнява изискването. В приложената брошура (стр. 78 от Техническото предложение, собственоръчно надписана от участника), както и при проверка в сайта на производителя (<https://eu.aoc.com/en/monitors/24e1q>), е установено, че моделът се предлага с наклон -3,5°/+21,5°. Следователно предлаганият от участника модел на монитор не съответства напълно на минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията.
- По тип апарат 7.9. Мултифункционална клетка за активност в комплект с преносим компютър: В изискванията в част Минимални необходими принадлежности на позиция 3.12 е заложено „**Портове: 1xHDMI; 1xVGA; 3.5 mm комбо жак за микрофон и слушалки; 1xRJ-45; 1xUSB 2.0; 2xUSB 3.1; 1xUSB Type C**“, срещу което участникът е декларирал, че предлаганият модел компютър ги притежава. В приложената брошура (страницата, следваща стр. 95 от Техническото предложение, и стр. 97, собственоръчно надписани от участника), както и при проверка в сайта на производителя (<https://www.acer.com/ac/bg/BG/content/model/NX.HN5EX.00H>), не е установено наличието на порт VGA. Следователно предлаганият от участника модел на настолен компютър не съответства напълно на минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията.
- По тип апарат 7.15 Система за видео проследяване на лабиринтни тестове: В техническото си предложение участникът е декларирал, че ще предостави система марка Ugo Basile, модел с каталожен номер 6000 (стр. 23 от Техническото предложение). Участникът е приложил брошура на система за видео проследяване ANY-maze (стр. 112 и 113 от Техническото предложение, собственоръчно надписани от участника) с каталожен номер 60000, който е потвърден и при проверка в сайта на производителя (<https://www.ugobasile.com/products/catalogue/behaviour-mazes-tracking/item/69-60000-any-maze-video-tracking-software>). Поради разминаването на информацията, предоставена в офертата на участника, и тази в приложените доказателствени документи, комисията не е в състояние еднозначно да установи, че предлаганата система за видео проследяване съответства напълно на поставените минимални технически изисквания, посочени в публикуваната документация.



Съгласно описаното в документацията по обявената поръчка, се установи, че участник „ЕЛТА 90М“ ООД е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя по отношение на три показателя към три типа апарати, в следствие на което комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 7: **Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

С оглед изложеното, комисията реши още да предложи на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 107 т. 2, б. „а“ от ЗОП да прекрати процедурата по обособена позиция № 7: **Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи, тъй като подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

#### **По Обособена позиция № 8: Оборудване за миографски изследвания:**

1. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. 72-00-633/31.03.2020 г. на участника „ЛАБКО“ ЕООД, включва предложение за доставка на 1 тип апарат от следния модел:

##### 8.1. Миографска система епкаМУО2 и специализиран софтуер IOX base

Описани са минимални технически характеристики и характеристики, подлежащи на оценяване, съгласно изискванията на публикуваната документация, както е деклариран срок за доставка до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявка от страна на Възложителя, и спазване на изискуемите срокове за сервизно и гаранционно обслужване.

Приложени са извадки от каталози на производителите с превод на български език, които се използват за сравняване и проверка на минималните и оценяваните характеристики.

Предложеният от участника апарат, включен в обособена позиция **№ 8: Оборудване за миографски изследвания**, отговаря на всички минимални изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация от документацията на Възложителя.

След установяване на съответствието с минималните изисквания комисията направи оценка на допълнително изискуемите технически параметри, като приложи посочените в документацията на Възложителя формули както следва:

- за определена на показател „Степен на съответствие Миографска система със специализиран софтуер и аксесоари“ (СС<sub>Миограф</sub>) с максимален брой точки 100:

$$СС_{\text{Миограф}} = \Phi 8.1.1 + \Phi 8.1.2 + \Gamma 8.1.1 + \Gamma 8.1.2 + \Gamma 8.1.3$$

- за определяне на комплексната оценка (КО) по обособена позиция № 8 с максимален брой точки 100:

$$КО = 0,3 \times ЦП + 0,70 \times СС_{\text{Миограф}}$$



Поставените точки по допълнителни параметри за предлагания от фирма „ЛАБКО“ ЕООД апарат са както следва:

### 8.1. МИОГРАФСКА СИСТЕМА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И АКСЕСОАРИ

ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА	ТОЧКИ
Ф8.1.1	Софтуер за директен контрол и анализ на данните	Софтуер за директен контрол и анализ на данните	20
Ф8.1.2	Интерфейс – аналогови и дигитални изходи	Интерфейс – аналогови и дигитални изходи	20
Г8.1.1	Срок на гаранционното обслужване на миографската система, ГО	Срок на гаранционното обслужване на миографската система, ГО – 12 месеца	0
Г8.1.2	Срок на гаранционно обслужване на стерео микроскопа, Y	Срок на гаранционно обслужване на стерео микроскопа, Y – 12 месеца	0
Г8.1.3	Срок на гаранционно обслужване на цифровия микроскоп, Z	Срок на гаранционно обслужване на цифровия микроскоп, Z – 12 месеца	0
<b>ОБЩО</b>			<b>40</b>

В резултат на направеното оценяване комисията постави на участника „ЛАБКО“ ЕООД по показател „СС<sub>Минограф</sub>” – 40 точки.

След прилагане на формулата за комплексна оценка комисията постави на участника „ЛАБКО“ ЕООД тежест на показател „Степен на съответствие“ в комплексната оценка – 28 точки за обособена позиция № 8: Оборудване за миографски изследвания.

В резултат на извършените проверки и оценки Комисията единодушно реши:

- 1) По обособена позиция № 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение да бъдат отворени пликове с ценовите предложения на участник „ЛАБКО“ ЕООД, който получава по показател „Степен на съответствие” тежест в комплексната оценка – 35 точки, и на участник „ЕЛТА 90М “ ООД, който получава по показател „Степен на съответствие” тежест в комплексната оценка – 70 точки.
- 2) По обособена позиция № 6: Оборудване за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни да бъде отворен плик с ценовото предложение на участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ “ ЕООД, който получава по показател „Степен на съответствие” тежест в комплексната оценка – 56 точки.
- 3) По обособена позиция № 8: Оборудване за миографски изследвания да бъде отворен плик с ценовото предложение на участник „ЛАБКО“ ЕООД, който получава по показател „Степен на съответствие” тежест в комплексната оценка – 28 точки.



След като разгледа и оцени Техническите предложения на допуснатите до техническа оценка участници, което е отразено в настоящия протокол, Комисията взе решение да обяви чрез съобщение в профила на купувача, че на 04.06.2020 г., от 10.00 ч. в зала 1, в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, ще бъдат отворени пликете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

| 16

Настоящият протокол № 2 е подписан на 27.05.2020 г.

Комисия в състав:

Председател:

доц. Мариела Чичова – ръководител на лаборатория по проект .....  
BG05M2OP001-1.002-0012;

на основание ..  
чл. 37 от ЗОП ..  
във вр. ЗЗЛД ..

Членове:

1. Ивайло Стоянов – юрист по проект BG05M2OP001-1.002-0012 .....

на основание ..  
чл. 37 от ЗОП ..  
във вр. ЗЗЛД ..

2. Бистра Петрова – специалист в отдел „Обществени поръчки“ .....  
на СУ „Св. Климент Охридски“

на основание ..  
чл. 37 от ЗОП ..  
във вр. ЗЗЛД ..

*От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП*