



УТВЪРЖДАВАМ: На основание

чл. 37 от ЗОП

проф. д-р Анастас Герджиков
РЕКТОР



ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и класирала подадените оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. № 72-00-221/08.02.2021 г., за участие във вътрешен конкурентен избор на изпълнител за сключване на договор с предмет „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по **обособени позиции:**

Обособена позиция 1: „Везни“;

Обособена позиция 2: „Бъркалки“;

Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“;

Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

Обособена позиция 6: „Уреди за детекция и анализ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Настоящия доклад се изготви от комисия, назначена с Ваша Заповед № РД 40-30/19.02.2022 г. да проведе вътрешен конкурентен избор на изпълнители по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-09-92/24.04.2018 г., РС № 80-09-93/24.04.2018 г., РС № 80-09-94/24.04.2018 г., РС № 80-09-95/24.04.2018 г., РС № 80-09-96/24.04.2018 г., РС № 80-09-97/24.04.2018 г. РС № 80-09-101/04.05.2018 г. и РС № 80-09-114/11.05.2018 г., с горепосочения предмет.

I. Състав на комисията:

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“;

Членове:

1. д-р Иван Лесов – катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ФХФ;
2. Диана Ангелова-Найденова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, приключи работата си, изпълнявайки възложената ѝ задача да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за сключване на договори по Рамкови споразумения с номера: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ с 8 обособени позиции.

Извършените от комисията действия са подробно и детайлно отразени в приложения към настоящия доклад протокол, подписан на 09.03.2021 г.

II. Участници във вътрешния конкурентен избор:

В деня на провеждане на публичното заседание за отваряне по реда на чл. 61 ППЗОП на получените оферти, а именно 22.02.2021 г. в кабинет 20 в сграда Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ от 11:00 ч., на основание чл. 48, ал. 6 ППЗОП председателят на

комисията получи от служител от деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ с приемо-предавателен протокол, съставен на 22.02.2021 г., подадените в определения срок – 17:30 ч. на 19.02.2021 г., 4 бр. опаковка с оферта за участие:

№	Оферта (номер, дата и час на получаване)	Подател на офертата за участие	Участва за обособена позиция
1.	72-00-276/19.02.2021г., 10:24 часа	„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД	1 и 2
2.	72-00-277/19.02.2021г., 10:51 часа	ЛАБТЕХ ЕООД	1, 2 и 3
3.	72-00-278/19.02.2020г.; 11:15 часа	„БИОПЛАСТ“ ЕООД	4 и 6
4	72-00-281/19.02.2021г.; 16:12 часа	ЛАБИМЕКС АД	1 и 2

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

Председателят оповести предлаганите от участниците цени, по обособени позиции следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва:

Участник	Ценово предложение за ОП 1	Ценово предложение за ОП 2	Ценово предложение за ОП 3	Ценово предложение за ОП 4	Ценово предложение за ОП 6
Медицинска Техника Инженеринг ООД с оферта 72-00-276/19.02.2021г.	1 960,00 лв. без ДДС	995,00 лв. без ДДС	не участва	не участва	не участва
ЛАБТЕХ ЕООД с оферта 72-00-1990/22.10.2020г.	1 940,00 лв. без ДДС	900,00 лв. без ДДС	4 880,00 лв. без ДДС	не участва	не участва
„БИОПЛАСТ“ ЕООД с оферта 72-00-2030/27.10.2020г.	не участва	не участва	не участва	3 454,00 лв. без ДДС	2 482,00 лв. без ДДС
ЛАБИМЕКС АД с оферта 72-00-2036/27.10.2020г.	3 000,00 лв. без ДДС	1 330,00 лв. без ДДС	не участва	не участва	не участва

III. Класиране на участниците въз основа на определения критерий, посочен в Рамковите споразумения и т. 3 от поканата за участие „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 1 „Везни“

1-во място: „ЛАБИМЕКС“ АД с предложена обща цена **3 000,00 лв. без ДДС**

По обособена позиция 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“

1-во място: „БИОПЛАСТ“ ЕООД с предложена обща цена **3 454,00 лв. без ДДС**

По обособена позиция 6 „Уреди за детекция и анализ“

1-во място: „БИОПЛАСТ“ ЕООД с предложена обща цена **2 482,00 лв. без ДДС**

IV. Въз основа на горното, комисията предлага да бъдат сключени договори с класираните на първо място участници по обособени позиции както следва:

По обособена позиция 1 „Везни“

„ЛАБИМЕКС“ АД

По обособена позиция 4 „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“
„БИОПЛАСТ“ ЕООД

По обособена позиция 6 „Уреди за детекция и анализ“
„БИОПЛАСТ“ ЕООД

V. Предложение за отстраняване на участници и съответните мотиви:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията реши да Ви предложи да отстраните от участие в процедурата следните участници:

По обособена позиция 1 „Везни“

1. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с оферта 72-00-276/19.02.2021г.

Мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване не отговаря на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметър „време за стабилизиране“, а именно участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е предложил „време за стабилизиране“: 4s, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 от поканата на възложителя време за стабилизиране: между 1,01 s и 1,99s.

2. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с оферта 72-00-277/19.02.2021г.

Мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване не отговаря на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметър „време за стабилизиране“, а именно участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД е предложил „време за стабилизиране“: 4s, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 1 от поканата на възложителя време за стабилизиране: между 1,01 s и 1,99s.

По обособена позиция 2 „Бъркалки“

1. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД с оферта 72-00-276/19.02.2021г.

Мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване не отговаря на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметри „температурен обхват“ и „точност при настройване на скоростта на разбъркване“, според страница 5 от брошурата на производителя предложеният „температурен обхват“ е: от стайната температура +5 °C до 500 °C, при зададени в техническата спецификация обособена позиция № 2 от поканата на възложителя температурен обхват: от 0 до 340 °C.

Диапазона на скорости на разбъркване предложен от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД е по-тесен от заложените минимални изисквания (страница 5 от брошурата на производителя). Точността при настройване на скоростта на разбъркване е описана като 2% от скоростта на разбъркване, което не отговаря на изискването от 5 грт за целият диапазон на скорости на разбъркване.

2. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с оферта 72-00-277/19.02.2021г.

Мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване **не отговаря** на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметри „температурен обхват“ и „точност при настройване на скоростта на разбъркване“, а именно участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД е предложил „температурен обхват“: от 0 до 370 °С, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя температурен обхват: от 0 до 340 °С. Предложената минимална температура от участника противоречи на предоставената техническа брошура, където минималната температура е „стайната“, а не 0 градуса Целзий.

Диапазона на скорости на разбъркване предложен от „ЛАБТЕХ“ ЕООД е по-малък от заложените минимални изисквания (страница 2 от брошурата на производителя). Точността при настройване на скоростта на разбъркване е описана като 2% от скоростта на разбъркване, което не отговаря на изискването от 5 грт за целият диапазон на скорости на разбъркване.

3. „ЛАБИМЕКС“ АД с оферта 72-00-281/19.02.2021г.

Мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване **не отговаря** на зададеното в „Техническата спецификация“ по параметър „температурен обхват“, а именно участникът „ЛАБИМЕКС“ АД е предложил „температурен обхват“: от 0 до 370 °С, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 2 от поканата на възложителя температурен обхват – от 0 до 340 °С. Предложената минимална температура от участника противоречи на предоставената техническа брошура, където минималната температура е „стайната“, а не 0 градуса Целзий.

По обособена позиция 3 „Уреди с нагряване и охлаждане“

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с оферта 72-00-277/19.02.2021г.

Мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предложеното от участника оборудване **не отговаря** на заложеното в „Техническата спецификация“ по параметри „интервал на охлаждане/нагряване“, „мощност на охлаждане при 0°С“ и „температурна стабилност“, а именно участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД е предложил „интервал на охлаждане/нагряване“: -35 °С до 150 °С, мощност на охлаждане при 0°С: 340 W(извън диапазона на посочените минимални изисквания) и „температурна стабилност“: ± 0.1 °С, при зададени в техническата спецификация по обособена позиция № 3 от поканата на възложителя температурен обхват: -40 до 150 °С, мощност на охлаждане при 0°С: между 0.101 kW и 0.150 kW и температурна стабилност: ± 0.05 °С.

VI. Предложение за преустановяване на вътрешния конкурентен избор с посочено правното основание:

• да преустанови вътрешния конкурентен избор по обособена позиция № 2 „Бъркалки“ и по обособена позиция №3 „Уреди с нагряване и охлаждане“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл. 106. ал. 1 от ЗОП комисията предава настоящия доклад за утвърждаване и приемане на работата на комисията от възложителя, ведно с цялата документация и с приложения към него протокол подписан на 05.02.2021 г.

Настоящият Доклад се подписа на 05.02.2021 г. от членовете на комисията в два екземпляра и се представи на Възложителя за утвърждаване и издаване на решение по реда на чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП.

Комисия в състав:

Петър Станулов

На основание
чл. 37 от ЗОП

д-р Иван Лесов

На основание
чл. 37 от ЗОП

Диана Ангелова-Найденова

На основание
чл. 37 от ЗОП

От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП