

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1504, София  
бул. „Цар Освободител“ № 15  
тел.: (02) 93 08 200  
факс: (02) 946 02 55



SOFIA UNIVERSITY  
ST. KLIMENT OHRIDSKI

1504 Sofia, Bulgaria  
15 Tsar Osvoboditel Blvd.  
Phone: +359 2 93 08 200  
Fax: +359 2 946 02 55

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ – Факултет

Изх. № 42-00-1530 / 06.11.2017

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

**В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по осем обособени позиции“**

**Относно:** Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по осем обособени позиции

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за допълнителни разяснения по условията на горесцитираната обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения:

#### Въпрос № 1

##### по Обособена позиция № 3:

Подпозиция № 2 – В техническата спецификация на „Уреди с нагряване и охлаждане“ номенклатура № 2 е описана като „водна баня с обхват от 5°C до 200°C“. Моля уточнете дали долният праг на поддържане на температурата е „5°C“ или е „5°C над температурата на околната среда“. Тъй като водата кипи при 100°C, не разбирам как водната баня ще достигне 200°C. Моля прецизирайте този параметър или видът на уреда.

#### Въпрос № 2

##### по Обособена позиция № 4:

Подпозиция № 11 и № 12 – моля уточнете дали долният праг на поддържане на температурата е „5°C“, респективно „3°C“ или е „5°C над температурата на околната среда“, респективно „3°C над температурата на околната среда“.

#### Въпрос № 3

##### по Обособена позиция № 4

Подпозиция № 23, № 24 и № 25 – изобщо не са тип „общо лабораторно оборудване“, а са медицински изделия. Моля отделете ги в нова обособена позиция.

**Отговор № 1**

**по Обособена позиция № 3:**

По подпозиция № 2 – допусната е техническа грешка, като вместо „Водна баня с обхват от 5°C до 200°C “ следва да се чете: „Водна баня с обхват от 5°C над температурата на околната среда до 100°C”.

**Отговор № 2**

**по Обособена позиция № 4:**

По подпозиции № 11 и № 12 - следва да се чете: „5° C над температурата на околната среда”.

**Отговор № 3**

**По Обособена позиция № 4**

По подпозиции № 23, № 24 и № 25 – номенклатури № 23, № 24, № 25 са указани за употреба на лабораторни микроплаки и спруветки, затова са обособени към Позиция № 4.

  
**ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ**  
**РЕКТОР**

