

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1504, София  
бул. „Цар Освободител“ № 15  
тел.: (02) 93 08 200  
факс: (02) 946 02 55



SOFIA UNIVERSITY  
ST. KLIMENT OHRIDSKI

1504 Sofia, Bulgaria  
15 Tsar Osvoboditel Blvd.  
Phone: +359 2 93 08 200  
Fax: +359 2 946 02 55



## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" по две обособени позиции*

**Относно:** Писмено запитване във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" по две обособени позиции*

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за допълнителни разяснения по условията на горесцитираната обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения:

#### Въпрос №1:

Във връзка с **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ** Обособена позиция №2 Оборудване на лаборатория по фармакогнозия към Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

Изброени следните апарати:

5. Допълнително оборудване]

5.1. Аналитична везна

5.2. Вакуум помпа, съвместима с ротационен вакуум изпарител INGOS RVO 400

5.3. Вакуум помпа, съвместима с ротационен вакуум изпарител BUCHI R-3

5.4. Вакуум контролер

5.5. UV-кабинет

5.6. Ротационен микротом

Които липсват в **ДОКУМЕНТАЦИЯТА** за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка и няма критерии за степен на съответствие. Моля за повече разяснение, по този казус.

#### Отговор №1:

Техническата спецификация е неразделна част от Документацията за участие в откритата процедура, поради което предложението на Участника, следва да е съобразено със зададените в нея минимални изисквания. Цитираните апарати по т. 5. „Допълнително оборудване“, следва да отговарят на параметрите в Техническата спецификация, като оборудването не е включено в таблицата по обособена позиция №2 за Качествен показател - степен на съответствие с предлаганото оборудване, в графа „Стойност на параметрите,

превишаващи минималните изисквания“, тъй като същото няма да подлежи на оценка, респективно да получава точки, на база превишаване на минималните изисквания на Възложителя.

**Въпрос №2:**

Във връзка с показателя „Степен на съответствие на предлаганото оборудване“, а именно Технически и функционални характеристики и Стойност на параметрите, превишаващи минималните изисквания на възложителя.

Кой точно е определил критериите на съответствие и броя точки, тъй като той трябва да е специалист и много добре да познава този вид апаратура?

**Отговор №2:**

Критериите за съответствие и броя точки са определяни от Възложителя в изпълнение на неговата оперативна самостоятелност, както и при съблюдаване на принципите, заложи в чл. 2 от ЗОП.

**Въпрос №3:**

Във връзка с точка 3.1.5. Участниците трябва да разполагат с поне един специалист-сервизен инженер с актуално удостоверение за придобита трета квалификационна група в съответствие с изискванията на „Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V“ или еквивалентно. Удостоверението трябва да е издадено от центъра за професионално обучение, лицензиран от НАПОО или друго легитимно учебно заведение.

Въпрос: Защо е необходим сервизен инженер с актуално удостоверение за придобита трета квалификационна група в съответствие с изискванията на „Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V“ , при положение , че апаратите в тази Тръжна Процедура работи на 220 V?

Допълнително прилагам разпечатки от Техническа документация и Документацията за участие.

**Отговор №3:**

Участниците в настоящата процедура следва да отговарят на предварително заложените в Документацията за участие критерии за подбор на Възложителя.

чл. 2 ЗЗЛД

**ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ**  
**РЕКТОР**

